
云之龙招标集团有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备及防护物资采购

项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年12月14日

目 录

第一章：竞争性谈判公告	2
第二章：供应商须知	4
第三章：货物采购需求.....	23
第四章：评审办法.....	35
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）	36
第六章：响应文件（格式）	40

第一章 竞争性谈判公告

项目概况：

医疗设备及防护物资采购项目的潜在供应商应在 gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）或 www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取竞争性谈判文件，并于 2020 年 12 月 22 日上午 10 时 00 分起至 10 时 30 分止（北京时间，下同）提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目名称：医疗设备及防护物资采购

2. 项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ

代理编号：YLGLJ20201002-GC-1

3. 采购方式：竞争性谈判

4. 预算金额（人民币）：玖拾万元整（¥900000.00）

5. 采购需求：

项号	货物名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	电动心肺复苏仪	1 台	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，其中，第 4 项号产品“双道微量泵”免费保修期不得少于 5 年，其余项号产品免费保修期不得少于 1 年（自验收合格之日起计算）。
2	监护仪	2 台	
3	监护仪	1 台	
4	双道微量泵	2 台	
5	电动吸引器	2 台	
6	心电图机	1 台	
7	床单位消毒机	1 台	
8	挂式空气消毒机	4 台	
9	台式呼吸机	2 台	
10	褥疮防治床垫	4 床	
11	医用防护服	50 套	
12	隔离眼罩	100 个	
13	防护面罩	100 个	

6. 合同履行期限（交付使用期）：自签订合同之日起 15 个工作日内交货并安装调试合格交付使用。

7. 本项目不接受联合体参与谈判。

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

潜在供应商登陆 gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）和 www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载竞争性谈判文件电子版，并根据竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间和地点直接提交响应文件参与谈判。

注：

1. 已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2. 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性谈判文件

后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

1. 首次响应文件提交起止时间：2020年12月22日上午10时00分起至10时30分止

2. 首次响应文件提交截止时间：2020年12月22日上午10时30分

3. 首次响应文件提交地点：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

1. 时间：首次响应文件提交截止时间后

2. 地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、www.gxyunlong.cn（云之龙招标集团有限公司网）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

(1) 政府采购促进中小企业发展；本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

(2) 政府采购支持采用本国产品的政策。

(3) 本项目不涉及政府强制采购节能产品；最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

(4) 政府采购促进残疾人就业政策。

(5) 政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：恭城瑶族自治县人民医院

地址：广西桂林市恭城瑶族自治县恭城镇兴隆街108号

联系方式：0773-8217776

2. 采购代理机构信息

名称：云之龙招标集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层

联系方式：0773-2887388、2887399

3. 项目联系方式

项目联系人：徐雪艳、蒋素红

电话：0773-2887388、2887399

4. 监督部门

恭城瑶族自治县政府采购办公室

联系电话：0773-8212104

云之龙招标集团有限公司

2020年12月14日

供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1.1	项目名称及项目编号	项目名称：医疗设备及防护物资采购 项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ
2	3	供应商资格	3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3 本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。 3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 3.5 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3	4	谈判费用	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
4	13	谈判报价及采购预算金额	13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额（人民币）：玖拾万元整（¥900000.00）。供应商报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
5	14.1	响应文件有效期	响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
6	15.1	响应文件份数	正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。
7	15.2	响应文件装订要求	供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

8	15.6	响应文件包装、密封、标记	<p>15.6.1 响应文件包装、密封：响应文件全部装入一个或多个密封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字（供应商的法定代表人或委托代理人签字均可）或盖供应商公章以示密封。</p> <p>15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：医疗设备及防护物资采购 项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司 供应商名称：</p>
9	15.7	供应商公章	本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本竞争性谈判文件中有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。
10	17.1	响应文件递交	供应商必须于 <u>2020年12月22日上午10时00分起至10时30分止</u> ，将响应文件密封提交至 <u>桂林市公共资源交易中心13号开标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)</u> ，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
11	18.1	谈判小组组成	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。
12	18.2	谈判时间、地点、人员	<p>18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。</p> <p>18.2.2 谈判地点：<u>桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）</u>。</p> <p>18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。</p> <p>18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。</p>
13	19.2	评审办法	具体详见第四章评审办法。
14	26	信用查询	<p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：</p> <p>(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；</p> <p>(2)查询截止时间：成交通知书发出前；</p> <p>(3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；</p> <p>(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。</p>

15	27	成交公告及成交通知书	<p>27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。</p> <p>27.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。</p> <p>27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。</p>
16	28.1	履约保证金	<p>履约保证金金额按政府采购合同金额的 5%（人民币，四舍五入到元）提交（若成交人为中小微企业的，则免收履约保证金）。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。</p>
17	29.1	签订合同时间	<p>成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。</p>
18	29.3	合同存档	<p>政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。</p>
19	30.1	采购代理服务费用	<p>本项目采购代理服务费按本须知第 30.2 条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。</p>
20	32	解释权	<p>本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。</p>
21	33	监督管理机构	<p>恭城瑶族自治县政府采购办公室 联系电话：0773-8212104</p>

一、总则

1. 适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：医疗设备及防护物资采购 项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6 实质性要求：“货物采购需求”中的所有条款及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。

3. 供应商资格

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3 本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.5 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求：本项目不接受联合体参与谈判。

6. 质疑和投诉

6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“**质疑函**”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向恭城瑶族自治县政府采购监督管理机构投诉（“**投诉书**”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：徐雪艳 蒋素红，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层云之龙招标集团有限公司。

7. 转包与分包

- 7.1 本项目不允许转包。
- 7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

(3) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；

- (2) 供应商须知;
- (3) 货物采购需求;
- (4) 评审办法;
- (5) 政府采购合同（合同主要条款及格式）;
- (6) 响应文件（格式）。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日内在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 供应商必须实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11. 竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1 资格性响应证明材料：

- (1) 响应函（必须提供）；
- (2) 供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反面复印件（必须提供）；
- (3) 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
- (4) 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(5) 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）。

(6) 供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收（无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的依法免税或准予延期缴税的证明）、社会保障资金缴纳凭证（无缴费记

录的，应提供由供应商所在地的行政主管部门出具的依法免缴社保费或准予延期缴纳社保费的证明）的相关材料复印件（**必须提供**）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）。

11.1.2 符合性响应证明材料：

（1）谈判报价表（**必须提供**）；

（2）技术响应表（**必须提供**）；

（3）供应商的售后服务承诺书（**必须提供**）；

（4）商务响应表（**必须提供**）；

（5）“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件：

供应商所竞第1、2、3、4、5、6、9项号产品“电动心肺复苏仪、监护仪、监护仪、双道微量泵、电动吸引器、心电图机、台式呼吸机”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（**必须提供**）。

11.1.3 其它有效证明材料：

（1）售后服务增值方案（包含故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）（**如有，请提供**）；

（2）节能方面的资质证书复印件（**如有，请提供**）；

（3）环保方面的资质证书复印件（**如有，请提供**）；

（4）项目实施人员一览表【**如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件**】；

（5）供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（**如有，请提供**）；

（6）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（**如有，请提供**）；

（7）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（**如有，请提供**）；

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（**如有，请提供**）；

（9）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（**如有，请提供**）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“**必须提供**”的文件必须加盖供应商公章（扫描公章无效），否则响应文件作无效处理。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价必须按谈判文件中相关附件格式填写。采购预算金额（人民币）：玖拾万元整（¥900000.00）。供应商报价超过相应采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4 纸装订）。

15.2 响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第 11.1 条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：响应文件全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字（供应商的法定代表人或委托代理人签字均可）或盖供应商公章以示密封。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：医疗设备及防护物资采购

项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本竞争性谈判文件中有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1 供应商必须于2020年12月22日上午10时00分起至10时30分止，将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

17.2 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备按桂林市公共资源交易中心规定统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

20.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应与其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相

应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8 最后报价

20.8.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

20.8.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向恭城瑶族自治县政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

(1) 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

(2) 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

(3) 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

(1) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

(2) 超越了行政许可的经营范围的；

(3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(5) 响应文件有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

(6) 供应商未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的，或谈判过程中谈判文件未作实质性变动，最后报价超出首次报价的；

- (7) 未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
- (8) 未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

23. 供应商有下列 23.1、23.2 情形之一的，视为串通谈判或属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效：

23.1 供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装的；
- (6) 谈判文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

23.2 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判的；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
- (2) 查询截止时间：成交通知书发出前；

(3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27. 成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1 履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交（若成交人为中小企业的，则免收履约保证金）。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人。

28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报恭城瑶族自治县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目合同验收书》（格式见附表3）、履约保证金退还申请书（格式见附表4）、缴纳履约保证金银行凭证向采购人申请办理退还手续，采购人应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(1) 成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

(2) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

(3) 拒绝履行合同义务的。

29.3 合同存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费用

30.1 本项目采购代理服务费用按本须知第 30.2 条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。

30.2 采购代理服务收费标准：

费率 \ 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
成交金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：采购代理服务费用按差额定率累进法计算。

31. 采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：

恭城瑶族自治县政府采购办公室

联系电话：0773-8212104

附表 1:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: _____
地址: _____ 邮编: _____
联系人: _____ 联系电话: _____
授权代表: _____
联系电话: _____
地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: _____
质疑项目的编号: _____
采购人名称: _____

质疑事项:

- 谈判文件 采购文件获取日期: _____
 采购过程
 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____
事实依据: _____
法律依据: _____
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2:

投诉书 (格式)

一、投诉相关主体基本情况:

供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日,向_____提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附表 4:

履约保证金退还申请书

成交 供应商 申请	项目名称:
	项目编号:
	<p>该项目已于____年__月__日验收并交付使用。根据合同规定, 请将该项目的履约保证金(大写): _____</p> <p>(小写): _____ 退还该成交供应商。</p> <p>成交供应商名称:</p> <p>开户银行:</p> <p>银行账户:</p> <p>联系方式:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">成交供应商签章</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">年 月 日</p>
采购 单位 意见	<p>(手写“同意退还”)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">采购单位(签章):</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">单位法定代表人或代表签字:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">年 月 日</p>
监督 管理 部门 意见	<p style="text-align: center; margin-top: 20px;">监督单位(签章)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">年 月 日</p>

第三章 货物采购需求

I、说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予10%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

II、货物采购需求一览表

一、货物采购需求					
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
1	电动心肺复苏仪	一、治疗有效性： 1. 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，要求比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 2. 按压频率：在100-120次/分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 3. 按压深度：在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度误差≤±0.2厘米。 4. 按压释放比范围：50%±5%。 5. 按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。 6. 支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥42°。 7. 适合在任意软担架上使用，在下楼梯、转运途中按压头不移位，能够持续稳定实施胸腔按压。 8. 额定工作低温环境下性能好：在温度-10℃时，仍能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求。 9. 额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用	1	台	212000.00

		<p>需求。</p> <p>10. 紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备 IEC60601-1-12 所定义的 EMS 环境（紧急医疗服务环境）下使用要求。</p> <p>11. 主机具有蓝牙功能，可无线实时传输 CPR 数据。</p> <p>二、安全可靠性能：</p> <p>1. 驱动方式：电动电控。</p> <p>2. 单块电池供电时间：≥ 60 分钟。</p> <p>3. 动力电池：可充电锂电池，用户自主充放电不少于 260 次。</p> <p>4. 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间 ≥ 10 分钟。</p> <p>5. 外部交流电源：可接 220V 交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。</p> <p>6. 紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。</p> <p>7. 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。</p> <p>8. 抗振性能：频率循环范围 5Hz-35Hz-5Hz，振幅值 0.35mm，振动循环 15 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米。</p> <p>9. 防撞性能：加速度 50m/s^2，脉冲持续时间 11ms，碰撞 1000 次后，实际按压频率与按压频率设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米。</p> <p>10. 设备重心 $\leq 18\text{cm}$，救护车突然加速或刹车时，应避免主机倾斜而砸伤患者的风险。</p> <p>11. 漏电保护等级：除颤保护 CF 型。</p> <p>12. IP 等级：$\geq \text{IP34}$。</p> <p>三、便携性能：</p> <p>1. 主机（含动力电池）重量 $\leq 3.5\text{kg}$。</p> <p>2. 设备总重量：$\leq 7\text{kg}$。</p> <p>3. 便携包，适用于到院外患者病发现场。</p> <p>4. 无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。</p> <p>5. 体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊 PCI 时实施 CPR 的方案。</p>			
2	监护仪	<p>一、监护仪外形结构：</p> <p>1. 插件式监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者；</p> <p>2. ≥ 8 英寸彩色 LED 显示，彩色高分辨率达 800×600，8 通道波形显示；</p> <p>3. 360 度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息；</p> <p>二、监测参数：</p> <p>1. 标准配置可监测心电图，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；</p> <p>2. 3/5 导心电图测量；</p> <p>3. 最多可同屏显示 7 导/12 导 ST 值，具备 ST 模版功能（实时波形对比模板）；</p>	2	台	25000.00

		<p>4. 心电和呼吸采用ASIC芯片技术;</p> <p>5. 具备智能导联脱落监测功能, 个别导联脱落的情况下仍能保持监护;</p> <p>6. 具备ECG多导同步分析功能, 同时分析多个心电导联, 个别导联干扰情况下仍能准确监测;</p> <p>7. 具备导联自动识别功能, 更换3导、5导或12导导联线时, 不需要重新设置导联类型;</p> <p>8. 具备起搏信号自动识别功能;</p> <p>9. ≥ 23种心律失常分析;</p> <p>10. 具备心电概览报告, 可统计分析24小时内心率、心律失常、ST变化情况, 支持全息波形、心律失常事件、趋势图联动显示;</p> <p>11. 可显示PI血氧灌注指数, 有效反映血氧灌注情况;</p> <p>12. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术;</p> <p>13. NIBP可选择初始充气压力, 提升测量的准确性和患者舒适性;</p> <p>14. NIBP支持序列模式;</p> <p>15. 具有可选配旁流二氧化碳监测技术, 带积水杯设计, 具备自动待机功能。</p> <p>三、可升级参数:</p> <p>1. 可选12导心电监护, 具备Mindray12导静息心电分析功能;</p> <p>2. ECG可选全球金标准的Mortara算法;</p> <p>3. 可选 Nellcor 血氧算法;</p> <p>4. 可选主流EtCO₂;</p> <p>5. 可选ARTEMA麻醉气体模块, 可自动识别麻醉气体种类, 带积水杯设计, 具备自动待机功能;</p> <p>6. 选配有创血压IBP, 最多可选配4通道;</p> <p>7. 支持IBP波形叠加显示;</p> <p>8. 可监测PAWP, 并且具有PAWP测量标尺, PAWP自动和手动测量, 实现精确监测;</p> <p>9. 支持PPV监测;</p> <p>10. 可选热稀释法心排量, 支持通过感知血温变化触发CO自动测量。</p> <p>四、系统功能:</p> <p>1. 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入;</p> <p>2. 具有三级声光报警, 参数报警级别可调;</p> <p>3. 具备报警集中设置功能;</p> <p>4. 具有选配 EWS 早期预警评分系统, NEWS, MEWS, 自定义可选;</p> <p>5. 具有选配 CCHD 新生儿危重先心病筛查临床辅助功能;</p> <p>6. 具备血液动力学、药物计算功能, 氧合计算, 通气计算, 肾功能计算;</p> <p>7. 具备掉电存储功能, 当交流电与电池断电时均可保存当前数据;</p> <p>8. 具备 Nurse Call 报警功能;</p> <p>9. 具备 120 小时趋势图表、100 个报警和手动事件、100 个心律失常、1000 组 NIBP 测量、100 条呼吸氧合</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>事件的数据存储和回顾功能, 48 小时全息波形回顾;</p> <p>10. 他床观察功能, 无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息;</p> <p>11. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面, 大字体显示界面, 及标准显示界面等多种显示界面;</p> <p>12. 具备 5 种科室默认配置, 另可存储 5 种自定义配置, 支持 U 盘导入导出配置;</p> <p>13. 可配置 2 块锂电池, 工作时间\geq8 小时;</p> <p>14. 支持有线、无线联网, 可选配内置 2. 4G/5G 双频无线网卡, 保证信号传输稳定可靠;</p> <p>15. 支持 3 通道记录仪;</p> <p>16. 可支持外接打印机 A4 打印;</p> <p>17. 整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰, 提供 DC 输入接口;</p> <p>18. 防水等级达到 IPX1 标准, 标配 IPX7 级防水血氧探头, 标配可浸泡消毒的血压袖套。</p>			
3	监护仪	<p>一、监护仪外形结构:</p> <p>1. 插件式监护仪, 可用于监护成人, 儿童, 新生儿患者;</p> <p>2. \geq12 英寸彩色 LED 显示, 彩色高分辨率达 800*600, 8 通道波形显示;</p> <p>3. 360 度报警灯, 保证任何方向都可观察到报警信息;</p> <p>二、监测参数:</p> <p>1. 标准配置可监测心电, 呼吸, 无创血压, 血氧饱和度, 脉搏和体温;</p> <p>2. 3/5 导心电测量;</p> <p>3. 最多可同屏显示 7 导/12 导 ST 值, 具备 ST 模版功能 (实时波形对比模板);</p> <p>4. 心电和呼吸采用 ASIC 芯片技术;</p> <p>5. 具备智能导联脱落监测功能, 个别导联脱落的情况下仍能保持监护;</p> <p>6. 具备 ECG 多导同步分析功能, 同时分析多个心电导联, 个别导联干扰情况下仍能准确监测;</p> <p>7. 具备导联自动识别功能, 更换 3 导、5 导或 12 导导联线时, 不需要重新设置导联类型;</p> <p>8. 具备起搏信号自动识别功能;</p> <p>9. \geq23 种心律失常分析;</p> <p>10. 具备心电概览报告, 可统计分析 24 小时内心率、心律失常、ST 变化情况, 支持全息波形、心律失常事件、趋势图联动显示;</p> <p>11. 可显示 PI 血氧灌注指数, 有效反映血氧灌注情况;</p> <p>12. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术;</p> <p>13. NIBP 可选择初始充气压力, 提升测量的准确性和患者舒适性;</p> <p>14. NIBP 支持序列模式;</p> <p>15. 具有可选配旁流二氧化碳监测技术, 带积水杯设计, 具备自动待机功能。</p> <p>三、可升级参数:</p> <p>1. 可选 12 导心电监护, 具备 Mindray12 导静息心电分析功能;</p>	1	台	30000.00

		<p>2. ECG 可选全球金标准的 Mortara 算法;</p> <p>3. 可选 Nellcor 血氧算法;</p> <p>4. 可选主流 EtCO₂;</p> <p>5. 可选 ARTEMA 麻醉气体模块, 可自动识别麻醉气体种类, 带积水杯设计, 具备自动待机功能;</p> <p>6. 选配有创血压 IBP, 最多可选配 4 通道;</p> <p>7. 支持 IBP 波形叠加显示;</p> <p>8. 可监测 PAWP, 并且具有 PAWP 测量标尺, PAWP 自动和手动测量, 实现精确监测;</p> <p>9. 支持 PPV 监测;</p> <p>10. 可选热稀释法心排量, 支持通过感知血温变化触发 CO 自动测量。</p> <p>四、系统功能:</p> <p>1. 支持中/英文字符输入和条码扫描枪输入;</p> <p>2. 具有三级声光报警, 参数报警级别可调;</p> <p>3. 具备报警集中设置功能;</p> <p>4. 具有选配 EWS 早期预警评分系统, NEWS, MEWS, 自定义模板可选;</p> <p>5. 具有选配 CCHD 新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能;</p> <p>6. 具备血液动力学、药物计算功能, 氧合计算, 通气计算, 肾功能计算;</p> <p>7. 具备掉电存储功能, 当交流电与电池断电时均可保存当前数据;</p> <p>8. 具备 Nurse Call 报警功能;</p> <p>9. 具备 120 小时趋势图表、100 个报警和手动事件、100 个心律失常、1000 组 NIBP 测量、100 条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能, 48 小时全息波形回顾;</p> <p>10. 他床观察功能, 无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息;</p> <p>11. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面, 大字体显示界面, 及标准显示界面等多种显示界面;</p> <p>12. 具备 5 种科室默认配置, 另可存储 5 种自定义配置, 支持 U 盘导入导出配置;</p> <p>13. 可配置 2 块锂电池, 工作时间 ≥ 8 小时;</p> <p>14. 支持有线、无线联网, 可配内置 2.4G/5G 双频无线网卡;</p> <p>15. 支持 3 通道记录仪;</p> <p>16. 可支持外接打印机 A4 打印;</p> <p>17. 整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰, 提供 DC 输入接口;</p> <p>18. 防水等级达到 IPX1 标准, 标配 IPX7 级防水血氧探头, 标配可浸泡消毒的血压袖套。</p>			
4	双道微量泵	<p>一、功能特点</p> <p>1 可自动识别 10ml、20ml、30ml、50ml 规格注射器;</p> <p>2. 具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能;</p> <p>3. 具有注射器容积校正方法, 保证使用任何品牌注射器的注射精度;</p>	2	台	10000.00

		<p>4. 具有休眠待机模式，便于单个通道应用；</p> <p>5. 具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作；</p> <p>6. 具有压力释放功能，避免药物阻塞报警后再开始注射时产生 BOLUS 的危险；</p> <p>7. 交直流两用，方便病人转运；</p> <p>8. KVO 功能：预设量注射完毕后，以 1ml/h 的速度注射，以保持静脉血管的畅通。</p> <p>二、性能参数</p> <p>1. 输注速度范围：10ml 注射器：0.1ml-200ml/h，20ml 注射器：0.1ml-400ml/h，30ml 注射器：0.1ml-600ml/h，50ml 注射器：0.1ml-1200ml/h；输注速度在 0.1 ml/h 至 999.9ml/h 之间时，最小步进为 0.1ml /h；输注速度在 1000 ml/h 至 1200ml/h 之间时，最小步进为 1ml /h；</p> <p>2. 预设输注总量范围：10ml 注射器：1ml-10ml，20ml 注射器：1ml-20ml，30ml 注射器：1ml-30ml，50ml 注射器：1ml-60 ml，最小步进：1ml；</p> <p>3. 快速输注速度范围：10ml 注射器：200ml/h，20ml 注射器：400ml/h，30ml 注射器：400ml/h，50ml 注射器：600ml/h；</p> <p>4. 注射泵的精度：输注速度的平均误差在 $\pm 2.0\%$ 之间，</p> <p>5. 注射总量计量范围：0.0—9999.9ml，</p> <p>6. 阻塞压力报警阈值：高：800\pm200 毫米汞柱，中：500\pm100 毫米汞柱，低：300\pm100 毫米汞柱；</p> <p>7. 报警类型：注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警；</p> <p>8. 12v 锂离子电池可充电 10h 后，中速输注电池连续工作时间大于 2h。</p>			
5	电动吸引器	<p>一、适用范围： 适用于院内外转运病人时用于清理口腔异物等。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 主机尺寸（约）：$\leq 270 \times 150 \times 240$ mm；</p> <p>2. 主机重量：≤ 3kg（含电池）；</p> <p>3. 输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V\sim50/60Hz；</p> <p>4. 瞬时抽气速率：≥ 16L/min；</p> <p>5. 极限负压值：≥ 80kPa；</p> <p>6. 负压精度：± 5kPa；</p> <p>7. 电源类别：电池驱动（内置电池）；</p> <p>8. 负压指示器：表盘指针显示压力；</p> <p>9. 过滤器：具有滞留颗粒物的装置；</p> <p>10. 收集罐：1 L，800mL 可选；</p> <p>11. 最高噪音值：≤ 70dB；</p> <p>12. 内置锂电池：14.8V，≥ 2600mAh；</p> <p>14. 配置车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作。</p>	2	台	3000.00

6	心电图机	<p>一、输入电路</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.心电输入：12 导联同步采集，10 电极； 2.导联选择：自动或手动； 3.输入方式：浮地输入； 4.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路； 5.采样率：8000 Hz/8Ch； 6.模数转换精度：$\leq 2.5 \mu\text{V}$； 7.输入阻抗：$\geq 50\text{M}\Omega$； 8.耐极化电压：$\geq \pm 550\text{mV}$； 9.共模抑制比：$\geq 100\text{dB}$； 10.频率响应：0.05Hz-150Hz (+0.4/-3 dB) ； 11.标准灵敏：10mm/mV, 误差$\leq \pm 2\%$； 12.时间常数：≥ 3.2 秒； 13.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波； 14.低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档； 15.肌电滤波：25Hz/35Hz 二档； 16.交流滤波：50Hz 或 60Hz； 17.基线抑制：强弱/关闭三档； 18.增益/灵敏度选择：5, 10, 20mm/mV, 手动或自动； 19.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警； 20.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。 <p>二、显示和记录</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.显示方式：≥ 7 英寸液晶显示； 2.视角调节：0-100 度无极调节； 3.显示分辨率：800*480； 4.显示导联数：同屏 12 导联； 5.同屏显示时长：$\geq 5\text{s}$； 6.解析结果屏幕显示：支持； 7.噪音检测：双模式同步点划线热敏标记打印； 8.显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记； 9.记录器：内置高分辨率热线阵打印； 10.记录纸宽度：210mm×140mm 折纸； 11.记录道数：3, 3+1, 6, 12 道，12+6； 12.走纸速度：10, 12.5, 25, 50mm/S； 13.无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警； 14.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器。 	1	台	75000.00
7	床单位消毒机	<p>一、产品基本要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主机壳体要求采用金属材质防潮工艺制成，要求坚 	1	台	20000.00

		<p>固耐用防碰撞，整机采用全金属材质，要求阻燃性强。</p> <p>2. 360 度全方位把手，要求可推可拉，方便移动。</p> <p>3. 触摸彩色液晶显示，非按键式触摸屏，在屏幕上直接操作设置。</p> <p>4. 要求具有便携式收纳金属小背包，可装下所有配件。</p> <p>5. 超静音顺滑脚轮。</p> <p>二、主要功能要求</p> <p>1. 微信即可远程智能遥控；</p> <p>2. 手机可实时监控设备运行情况，保证消毒效果；</p> <p>3. 手机自动记录设备工作时间，避免医护人员手动记录，；</p> <p>4. 自动故障检测，并停机报警，微信端同步显示故障提醒；</p> <p>5. 消毒：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能；</p> <p>6. 除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、尿尿味等；</p> <p>7. 增白：对消毒物品有明显的增白作用；</p> <p>8. 消毒模式：分为床袋模式、床罩模式和自定义模式，自定义模式可根据用户需要，自主设定消毒时间；</p> <p>9. 可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程，；</p> <p>10. 可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒；</p> <p>11. 要求采用原装进口微电脑芯片，附带原装进口时钟计时芯片；要求具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置；</p> <p>12. 采用专用高频陶瓷放电臭氧发生器，要求臭氧产量稳定，浓度高，消毒能力强，使用寿命长；</p> <p>13. 内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出；</p> <p>14. 双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择；</p> <p>15. 温度实时监控，显示屏数字显示；</p> <p>16. 微电脑控制臭氧浓度 1-10 档可调节；</p> <p>17. 具有工作时长累计计时功能；</p> <p>18. 随机配置耐用型消毒床罩、床袋，一次性消毒床罩、床袋；</p> <p>19. 耐用型床罩、床袋采用 PVC 涂层面料，耐腐蚀，采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏。</p> <p>三、技术指标和参数要求</p> <p>1. 正常工作条件</p> <p>①环境温度：5℃~40℃；</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>②相对湿度：≤90%；</p> <p>③大气压力：86KPa~106KPa；</p> <p>④电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz；</p> <p>2. 性能参数</p> <p>①安全防护分类：属 I 类设备；</p> <p>②输入功率：≤110VA；</p> <p>③臭氧浓量：2600mg/m³；</p> <p>④床袋密闭时的臭氧泄漏量：≤0.02mg/ m³；</p> <p>⑤分解后室内残留臭氧浓度：0.02mg/ m³≤0.02mg/ m³；</p> <p>⑥噪声：≤50dB(A)；</p> <p>⑦产品尺寸（约）：430×390×820(mm) ；</p> <p>⑧产品重量（约）：27Kg。</p> <p>3. 消毒效果</p> <p>①对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00；</p> <p>②对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00；</p> <p>③对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00。</p>			
8	挂式空气消毒机	<p>一、主要功能要求：</p> <p>1. 微电脑智能控制，手动、程控、遥控多种运行方式，四个预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止；</p> <p>2. 远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制；</p> <p>3. 初、中效空气过滤；</p> <p>4. 过滤网到时清洗自动报警装置；</p> <p>5. 配置紫外线强度自动检测装置；</p> <p>6. 紫外管故障自动提示报警，备用紫外管自动启动装置；</p> <p>7. 累计记录工作时间功能；</p> <p>8. 实时监测温度，数字显示；</p> <p>9. 易于拆卸的过滤器装置，便于日常清洁及维护保养；</p> <p>10. 采用 C 波段无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒；</p> <p>11. 风速可实现高、中、低档调速；</p> <p>12. 可人机共室；</p> <p>13. 安装方式：壁挂式。</p> <p>二、产品基本要求：</p> <p>1. 下进风上出风的风道系统，利于空气循环的同时避免冷风直吹病员；</p> <p>2. 要求采用全金属机身设计，能杜绝燃烧，避免火灾隐患；</p> <p>三、技术指标和参数要求：</p> <p>1. 空气消毒机正常工作条件</p> <p>①环境温度：5℃~40℃；</p> <p>②相对湿度：≤90%；</p> <p>③大气压力：86KPa~106KPa；</p> <p>④电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz。</p>	4	台	7000.00

		<p>2. 安全防护分类：属 I 类设备</p> <p>3. 性能参数：</p> <p>(1) 消毒空间$\leq 100 \text{ m}^3$；</p> <p>(2) 紫外线辐射照度：</p> <p>①机内紫外线辐射照度：$\geq 10000 \mu \text{ W/cm}^2$；</p> <p>②单支 10cm 处：$\geq 2500 \mu \text{ W/cm}^2$；</p> <p>③单支 1m 处：$\geq 100 \mu \text{ W/cm}^2$；</p> <p>(3) 循环消毒风量$\geq 1000 \text{ m}^3/\text{h}$；</p> <p>(4) 机外紫外线泄漏强度$\leq 1 \mu \text{ W/cm}^2$；</p> <p>(5) 消毒时空气中的臭氧含量$\leq 0.16 \text{ mg/m}^3$；</p> <p>(6) 噪声$\leq 55 \text{ dB}$；</p> <p>(7) 输入功率$\leq 240 \text{ VA}$；</p> <p>(8) 消毒时间$\geq 2 \text{ h}$；</p> <p>4. 消毒效果：</p> <p>(1) 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率$\geq 99.90\%$；</p> <p>(2) 对空气中自然菌的消亡率$\geq 90\%$；</p> <p>(3) 消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m³）≤ 200。</p>			
9	台式呼吸机	<p>一、基本要求</p> <p>1. 适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；</p> <p>2. 电动电控呼吸机；</p> <p>3. 吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；</p> <p>4. 视角可调的 12.1 英寸彩色触摸控制屏，分辨率$\geq 1280*800$；</p> <p>5. 可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；</p> <p>6. 可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；</p> <p>7. 参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；</p> <p>8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；</p> <p>9. 同屏可显示 4 道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于 4 个）、对比，可冻结及导出。</p> <p>二、呼吸模式及功能</p> <p>1. 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及 SIGH 模式、PRVC 模式；</p> <p>2. 具备无创通气 NIV、高流量氧疗功能；</p> <p>3. 肺保护功能：可选低流速 PV 工具环、ATRC（自动插管阻力补偿）、TV/IBW 等功能；</p> <p>4. 氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；</p> <p>5. 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的 72 小时的趋势图、表分析。</p> <p>三、设置参数要求</p> <p>1. 潮气量：20ml—2000ml；</p> <p>2. 呼吸频率：1-100 次/min；</p> <p>3. 压力支持：0—80cmH₂O；</p>	2	台	220000.00

		<p>4. PEEP: 0—45 cmH₂O;</p> <p>5. 压力上升时间: 0-2s;</p> <p>6. 呼气触发灵敏度: 自动或 10%-80%。</p> <p>四、监测参数要求</p> <p>1. 监测参数不少于 20 个;</p> <p>2. 波形: 压力/时间、流速/时间、容量/时间监测;</p> <p>3. 呼吸环: 压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测;</p> <p>4. 肺力学: 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测;</p> <p>五、其他功能要求</p> <p>1. 具有便利的锁屏功能;</p> <p>2. 气体检漏塞设计, 便于自检及校准;</p> <p>3. 氧电池更换无需拆机及专业工具;</p> <p>4. 可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合;</p> <p>5. 内置电池供电不少于 4 小时, 支持直流电供电;</p> <p>6. 呼吸机整机重量约小于 11 kg (不包括台车), 能方便手提及转运。</p>			
10	褥疮防治床垫	<p>1. 床垫气条使用优质尼龙复合医用级 PVC 布料, 气条布料厚度: $\geq 0.40\text{mm}$;</p> <p>2. 气条数量 17 条, 带喷气微孔气条数量 8 条, 两管波动功能;</p> <p>3. 床罩为尼龙底席拉链式尼龙 PU 床罩面, 尼龙 PU 床罩内衬润棉布;</p> <p>4. 每套配备用气条 1 条, 最大承受重量 150kg;</p> <p>5. 床席具有 CPR 快速放气功能, 头枕功能;</p> <p>6. 床席充气后尺寸(长×宽×高)(约): 200×90×12.8CM;</p> <p>7. 导气管内衬弹簧, 导气管不容易打折;</p> <p>8. 主机工作电压、频率: 220V 50HZ, 气泵压力范围: 55~120mmHg, 气泵流量范围: 7~8 升/分钟;</p> <p>9. 交替波动周期: 10-12 分钟;</p> <p>10. 主机带快速接头与床席输气管快速接头对接, 实现快速对接, 拔插, 快速接头对接可以实现床垫转移搬运功能;</p> <p>11. 主机低压报警功能, 带静态功能按键, 方便操作。</p>	4	床	2500.00
11	医用防护服	符合国家相关规定。	50	套	120.00
12	隔离眼罩	符合国家相关规定。	100	个	20.00
13	防护面罩	符合国家相关规定。	100	个	10.00
二、核心产品		第 1 项号产品“电动心肺复苏仪”。			
三、售后服务要求		<p>1. 售后服务基本要求 (以下费用包含在谈判报价中, 采购人不再就此另行支付费用):</p> <p>(1) 三包及免费保修期要求: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 其中, 第 4 项号产品“双道微量泵”免费保修期不得少于 5 年, 其余项号产品免费保修期不得少于 1 年 (自验收合格之日起计算)。</p> <p>(2) 设备安装要求: 送货上门, 在货物到达采购单位指定地点后, 开箱清点货物保证货物安全完好, 而后组织安装、调试, 验收合格并交付使用; 派遣从事同类工作实</p>			

	<p>实践经验的技术人员进行设备安装和调试，保证达到规范要求的标准，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。</p> <p>(3) 免费保修期内上门保修，更换零配件；免费保修期结束后终身维修，在不更换零配件情况下采购人不支付其他费用，包括差旅费，若更换零配件只需支付零配件费用。</p> <p>(4) 保证 7×24 小时的技术响应，在接到设备出现故障通知后，2 小时内作出响应，24 小时内维修工程师到达维修现场，48 小时内修复故障使机器能够正常使用。</p> <p>2. 供应商根据以上售后服务基本要求，于响应文件中必须提供售后服务承诺书。</p>
四、商务要求	
(一) 交付使用期及地点	<p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 15 个工作日内交货并安装调试合格交付使用。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市恭城瑶族自治县采购人指定地点。</p>
(二) 付款方式	合同签订之日起 5 个工作日内采购人将合同价款全额拨付给成交供应商（无息）。
(三) 验收要求	成交供应商所提供的设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
五、其他要求	<p>1. 供应商于响应文件中必须提供所竞第 1、2、3、4、5、6、9 项号产品“电动心肺复苏仪、监护仪、监护仪、双道微量泵、电动吸引器、心电图机、台式呼吸机”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，响应文件作无效处理。</p> <p>2. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。</p> <p>3. 本项目政府采购预算金额为人民币玖拾万元整（¥900000.00），供应商报价超政府采购预算金额的，响应文件作无效处理。</p> <p>注：“货物采购需求”中的所有条款及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。</p>

第四章 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。
2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），供应商最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：医疗设备及防护物资采购

项目编号：GLZC2020-J1-320055-YZLZ

甲方：恭城瑶族自治县人民医院（采购人）

乙方：_____（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数性能指标等	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
3							
.....							
合 计							

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）_____人民币（¥_____元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的免费保修期_____。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用期：_____、地点：广西桂林市恭城瑶族自治县甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

7. 乙方所提供的设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市恭城瑶族自治县甲方指定地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲

方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在_____内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为_____,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物,终生维修,维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

合同签订之日起5个工作日内甲方将合同价款全额拨付给乙方(无息)。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚,乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过7天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从履约保证金中扣除,不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,乙方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经恭城瑶族自治县财政部门审批，并签订书面补充协议报恭城瑶族自治县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 谈判中的谈判记录；
5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人：_____

法定代表人签字：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

银行账号：_____

日 期：_____

日 期：_____

第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响应文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

(一) 资格性响应证明材料

(二) 符合性响应证明材料

(三) 其它有效证明材料

(一) 资格性响应证明材料目录

1. 响应函（必须提供）

2. 供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（**必须提供**）
3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（**委托代理时必须提供**）
4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供**）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（**必须提供**）

6. 供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收（无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的依法免税或准予延期缴税的证明）、社会保障资金缴纳凭证（无缴费记录的，应提供由供应商所在地的行政主管部门出具的依法免缴社保费或准予延期缴纳社保费的证明）的相关材料复印件（**必须提供**）

7. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）

8. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）

1. 响应函（**必须提供**）

附件：

响 应 函 （ 格 式 ）

致：云之龙招标集团有限公司

根据贵方_____项目谈判文件，项目编号 _____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表供应商 _____（供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）_____元人民币（¥_____）。

2. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 邮箱：_____

办公电话：_____ 传真：_____

委托代理人联系电话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

供应商（公章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字：_____

响应日期：_____

注：1. 未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2. 供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3. 响应函须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

2. 供应商相应的法定代表人、负责人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必

须提供)

附件:

授权委托书

致: 云之龙招标集团有限公司

我_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工_____ (姓名) 以我公司名义参加_____ (项目名称及项目编号) 项目的谈判活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限: 从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字, 以资证明。

供应商 (公章): _____

法定代表人签字: _____ 年_____月_____日

附: 委托代理人有效的身份证正反两面复印件。

4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件 (必须提供)

注: ①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人; 其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业 (包括合伙企业), 应提供工

商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5. 供应商相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）

6. 供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收（无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的依法免税或准予延期缴税的证明）、社会保障资金缴纳凭证（无缴费记录的，应提供由供应商所在地的行政主管部门出具的依法免缴社保费或准予延期缴纳社保费的证明）的相关材料复印件（必须提供）

7. 供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声 明（格式）

致：云之龙招标集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字：_____

日 期：_____

8. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通参与谈判的情形：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 谈判文件未做实质性变动，最后报价高于首次报价。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

(公章)

_____年____月____日

(二) 符合性响应证明材料目录

1. 谈判报价表（必须提供）
2. 技术响应表（必须提供）
3. 供应商的售后服务承诺书（必须提供）
4. 商务响应表（必须提供）
5. “货物采购需求” 中必须提供的有效证明文件：

供应商所竞第 1、2、3、4、5、6、9 项号产品“电动心肺复苏仪、监护仪、监护仪、双道微量泵、电动吸引器、心电图机、台式呼吸机”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。

2. 技术响应表（必须提供）

附件：

技术响应表（格式）

项号	货物名称	项目要求及技术需求	响应文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
3				
.....				

供应商（公章）： _____

法定代表人或相应的委托代理人签字： _____

日 期： _____

- 注：1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“货物采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经谈判小组审核确定“正偏离”情况。
2. 技术响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

3. 供应商的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求承诺（以下费用包含在谈判报价中，采购人不再就此另行支付费用）：

（1）三包及免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，其中，第4项号产品“双道微量泵”免费保修期不得少于__年，其余项号产品免费保修期不得少于__年（自验收合格之日起计算）。

（2）设备安装要求：送货上门，在货物到达采购单位指定地点后，开箱清点货物保证货物安全完好，而后组织安装、调试，验收合格并交付使用；派遣从事同类工作实践经验的技术人员进行设备安装和调试，保证达到规范要求的标准，采购人不需要添加额外设备，直至正常使用。

（3）免费保修期内上门保修，更换零配件；免费保修期结束后终身维修，在不更换零配件情况下采购人不支付其他费用，包括差旅费，若更换零配件只需支付零配件费用。

（4）保证__小时的技术响应，在接到设备出现故障通知后，__小时内作出响应，__小时内维修工程师到达维修现场，__小时内修复故障使机器能够正常使用。

.....

供应商（公章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字：_____

日 期：_____

注：售后服务承诺书须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

4. 商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

项目	竞争性谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
（一）交付使用期及地点			
（二）付款方式			
（三）验收要求			

供应商（公章）： _____

法定代表人或相应的委托代理人签字： _____

日 期： _____

注：商务响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

5. “货物采购需求” 中必须提供的有效证明文件：

供应商所竞第 1、2、3、4、5、6、9 项号产品“电动心肺复苏仪、监护仪、监护仪、双道微量泵、电动吸引器、心电图机、台式呼吸机”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）。

（三）其它有效证明材料目录

1. 售后服务增值方案（包含故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等）（如有，请提供）
2. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
4. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】
5. 供应商 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
6. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）
7. 供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
8. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
9. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1. 供应商的售后服务增值方案（如有，请提供）
附件：

售后服务增值方案（格式）

1. 故障出现解决方案

.....

2. 免费技术培训方案

.....

3. 免费保修期外维修方案

.....

4. 其它优惠方案

.....

供应商（公章）： _____

法定代表人或相应的委托代理人签字： _____

日 期： _____

2. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

3. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

4. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2. 项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

供应商（公章）： _____

法定代表人或相应的委托代理人签字： _____

日 期： _____

5. 供应商 2017 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

6. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

7. 供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

8. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）