

**云之龙咨询集团有限公司**

# **招标文件**

项目名称：医疗设备及救护车采购

项目编号：GLZC2022-G1-260036-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年9月5日

# 目 录

第一章：公开招标公告.....	2
第二章：投标人须知.....	5
第三章：采购需求.....	26
第四章：评标办法.....	53
第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.....	60
第六章：投标文件（格式）.....	66

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

医疗设备及救护车采购项目的潜在投标人应在“政采云”平台（www.zcygov.cn）下载招标文件电子版，并于2022年9月26日上午09:30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-260036-YZLZ（代理编号：YZLGL2022-G1-064-GLZC）

项目名称：医疗设备及救护车采购

预算金额：贰佰捌拾玖万伍仟元整（¥2895000.00）

最高限价：A分标壹佰肆拾叁万捌仟元整（¥1438000.00）、B分标捌拾玖万柒仟壹佰捌拾元整（¥897180.00）、C分标叁拾壹万玖仟元整（¥319000.00）、D分标贰拾叁万元整（¥230000.00）。

采购需求：

1. 标的的名称、数量、单位：

（1）A分标：全高清宫腹腔镜系统1套、医用灌注泵1台、宫腔一体镜1套；

（2）B分标：宫腔镜冷刀手术系统1套、等离子电切系统1套、高频电刀1套、电动子宫切除器1套、腹腔镜外科成套手术器械1套；

（3）C分标：过氧化氢低温等离子体灭菌器1台、内镜清洗工作站1套、超声波清洗机1台、纯水机1台；

（4）D分标：救护车1辆。

2. 简要技术需求或者服务要求：

（1）A分标：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，全高清宫腹腔镜系统免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算，其中摄像主机免费保修期不少于36个月），医用灌注泵、宫腔一体镜免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）B分标：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（3）C分标：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于24个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（4）D分标：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，底盘免费保修期不少于2年。改装部分免费保修期不少于2年。

3. 合同履行期限：

（1）A分标交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

（2）B分标交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

（3）C分标交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

（4）D分标交货期：自签订合同之日起45个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：A、B、C分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

### 三、获取招标文件

时间：2022年9月5日至2022年9月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京

时间，法定节假日除外)

地点(网址):“政采云”平台(www.zcygov.cn)。

方式:投标人应在“政采云”平台(www.zcygov.cn)下载招标文件电子版。

售价(元):0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间:2022年9月26日上午09:30(北京时间)

投标地点:通过“政采云”平台在线投标。

开标时间:2022年9月26日上午09:30(北京时间)

开标地点:通过“政采云”平台在线解密开启。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

##### 1. 信息公告发布媒体:

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林市政府采购网(gl.zfcg.zcygov.cn)、桂林市公共资源交易中心网(www.glggzy.org.cn)、云之龙咨询集团有限公司网(www.yzljt.cn)。

2. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内(即:2022年9月21日前)以书面形式向采购代理机构提出质疑;投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则,采购代理机构有权拒收。

##### 3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持监狱企业发展。
- (3) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (4) 优先采购节能产品、环境标志产品。
- (5) 政府采购支持采用本国产品的政策。

##### 4. 本项目非专门面向中小企业采购。

##### 5. 资格条件特别说明:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动;

(2) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

##### 6. “政采云”平台电子投标相关事宜说明:

(1) 本项目实行全流程电子化采购,投标人通过“政采云”平台参与电子投标,并应做好以下相关准备工作:①在“政采云”平台注册成为正式供应商(操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南);②完成CA证书申领和绑定(费用由投标人自行承担,办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区,完成CA证书办理预计一周左右,建议供应商尽快办理);③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”(操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区,以下称“政采云电子投标客户端”)并安装成功,投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证,确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章;④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网(费用由投标人自行承担,设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书)。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的,造成的一切后果,由投标人自行承担。

(2) 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商》(详见桂林市政府

采购网—采购资讯—重要通知)；如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

(3) 电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

7. 本项目各分标招标代理服务费按招标文件“投标人须知”第 36.2 条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。

#### **七、本次投标联系事项：**

##### 1. 采购人信息

名称：永福县妇幼保健院

地址：永福县永福镇永兴大道 12 号

联系方式：0773-8559703

##### 2. 采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层

联系方式：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄钊钊、蒋素红

电话：0773-2887388 2887399

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：医疗设备及救护车采购 项目编号：GLZC2022-G1-260036-YZLZ (代理编号：YZLGL2022-G1-064-GLZC )
2	5.1	投标人资格	(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； (3) 本项目的特定资格要求：A、B、C 分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
3	6	参与电子投标的准备工作	6.1 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云 CA 证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 6.3 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	15	投标报价	15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投分标投标报价超过相应分标最高限价金额的，投标文件按分标作无效处理。 15.2 投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件

			<b>件的报价将不予接受。</b>
5	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
6	18	电子投标文件的制作、加密要求	<p>18.1 投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。</p> <p>18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。</p> <p>18.3 投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。</p> <p>18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字（或者电子签名）。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。</p> <p>18.6 投标人公章、签字、电子签章、电子签名</p> <p>18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>18.6.2 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。</p> <p>18.6.3 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。</p>
7	19	投标文件的递交	<p>19.1 投标文件递交要求： 投标截止时间：2022 年 9 月 26 日上午 9 时 30 分。 投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。</p> <p>19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。</p>
8	20	投标文件的补充、修改和撤回	投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电

		回	子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
9	21	开标时间及地点	<p>21.1 开标时间及地点：          开标时间：2022年9月26日上午9时30分；          开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。</p> <p>21.2 投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。</p>
10	22	开标程序	<p>22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人、自然人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。</p> <p>22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinytl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。</p> <p>22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。</p> <p>22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。</p> <p>22.5 投标人线上确认投标报价。</p> <p>22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报</p>

			<p>价文件内容进行修正。</p> <p>22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。</p> <p>特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。</p>
11	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人。
12	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
13	32	信用查询	<p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号）的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：</p> <p>(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；</p> <p>(2)查询截止时间：中标通知书发出前；</p> <p>(3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；</p> <p>(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。</p>
14	33	中标公告及中标通知书	<p>33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。</p> <p>33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。</p> <p>33.3 中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。</p>
15	34.1	履约保证金金	按中标金额的 5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订

		额	合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。注：若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的，则按中标金额的 2%提交。
16	35.1	签订合同时间	中标通知书发出之日起 25 个日历日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
17	35.3	合同备案存档	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。
18	36.1	招标代理服务费	本项目各分标招标代理服务费按本须知第 35.2 条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。
19	39	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
20	40	监督管理机构	永福县政府采购管理办公室 联系电话 0773-8518392

## 一、总则

### 1. 项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备及救护车采购

项目编号：GLZC2022-G1-260036-YZLZ（代理编号：YZLGL2022-G1-064-GLZC）

### 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险（D分标不含车辆保险）、税金（D分标不含购置税）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 实质性要求：本招标文件“采购需求”中标注“▲”项条款及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。

### 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

### 5. 投标人资格及资格条件特别说明：

#### 5.1 投标人资格

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

(3) 本项目的特定资格要求：A、B、C分标投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

#### 5.2 资格条件特别说明：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

(2) 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 6. 参与电子投标的准备工作

6.1 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网

—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

6.3 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

## 8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不允许分包。

## 9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 9.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3 投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即：2022年9月21日前）以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人(负责人、自然人)、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：黄钊钊、蒋素红，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层。

## 二、招标文件

### 11. 招标文件的构成

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 评标办法；
- (5) 政府采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 投标文件（格式）。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**12.3 投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担。**

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

### 三、投标文件的编制

#### 13. 投标文件的组成及要求

##### 13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

###### 13.1.1 资格性响应证明材料：

(1) 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（**必须提供**）；

(2) 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2022 年以来的社保证明复印件（**委托代理时必须提供**）。

(3) 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供，自然人除外**）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(4) A、B、C 分标投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件（**必须提供**）：

①分标中有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令 739 号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②分标中有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③分标中有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

(5) 投标人 2020 年以来任一年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（**必须提供**）；

(6) 投标人 2022 年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（**必须提供**）；

(7) 投标人 2022 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（**必须提供**）；

(8) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

(9) 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）。

###### 13.1.2 商务、技术性响应证明材料：

(1) A、C、D 分标投标报价表、B 分标投标报价表及腹腔镜外科成套手术器械投标报价明细表（**必须提供**）；

(2) 技术偏离表（**必须提供**）；

(3) 商务响应表（**必须提供**）；

(4) 投标人的售后服务承诺书（**必须提供**）；

(5) “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件；

A 分标：投标人所投产品“全高清腹腔镜系统”所含设备“影像链成像系统、LED 冷光源、高清腹腔镜内窥镜、高流量气腹机”、“宫腔一体镜”及“医用灌注泵”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（**必须提供**）；

B 分标：投标人所投产品“宫腔镜冷刀手术系统”、“等离子电切系统”、“高频电刀”、“电动子宫切除器”及“腹腔镜外科成套手术器械”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（**必须提**

供)；

C 分标：投标人所投产品“过氧化氢低温等离子体灭菌器”及“内镜清洗工作站”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，“超声波清洗机”第一类医疗器械备案证明材料复印件**(必须提供)**；

(6) 项目实施方案**(如有，请提供)**；

A、B 分标的项目实施方案包含但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。

C 分标的项目实施方案包含但不限于：①设备安装技术方案、②质量保证措施及管理措施、③安装实施风险防范措施、④安装计划及进度安排等。

(7) 增值售后服务方案**(如有，请提供)**；

A、B、C 分标的增值售后服务方案包含但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护(注明时间)、⑤免费保修(维护)期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等。

D 分标的增值售后服务方案包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护(注明时间)、⑤免费保修(维护)期外维修方案、⑥其他优惠措施、⑦本地化服务保障[投标人在项目实施地设有固定维修点的，于投标文件中提供相关证明材料的(证明材料可以是：维修点现场照片、投标人与底盘制造厂家签订的维修协议及固定维修点技术人员职业资格证书等有效证明材料)]等。

(8) 项目实施人员一览表**(如有，请提供)**；

(9) 节能方面的证书复印件**(如有，请提供)**；

(10) 环保方面的证书复印件**(如有，请提供)**；

(11) 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩(具体详见第三章“采购需求”及第四章“评标办法”)**(如有，请提供)**；

(12) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明**(如有，请提供)**；

(13) 投标人或所投产品生产厂家相关获奖证书、认证证书等复印件**(如有，请提供)**；

(14) 投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**(如有，请提供)**；

(15) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责**(如有，请提供)**；

(16) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料**(如有，请提供)**。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件于“投标文件(格式)”中有要求由法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字(或者电子签名)的，必须由法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字(或者电子签名)，否则，投标文件按无效处理。

13.2 投标人必须按招标文件第六章“投标文件(格式)”编制投标文件。

13.3 投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

#### 14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：元人民币)，否则视同未响应。

## 15. 投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投分标投标报价超过相应分标最高限价金额的，投标文件按分标作无效处理。

15.2 投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 A、B分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

15.4 C分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收、对安装清洗工作站场地改建、改造（包括：拆墙，拆墙复原，等离子隔断，推拉门，打孔排水，连接高压锅门改建）的材料、人工等费用由投标人全部承担及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

15.5 D分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险（不含车辆保险）、税金（不含购置税）、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. **投标有效期：**投标截止时间之日起90天。

## 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

## 18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3 投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字（或者电子签名）。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.6 投标人公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

18.6.3 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。

## 19. 投标文件的递交

### 19.1 投标文件递交要求：

投标截止时间：2022年9月26日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。

19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

# 四、开标

## 21. 开标时间及地点

### 21.1 开标时间及地点：

开标时间：2022年9月26日上午9时30分；

开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。

21.2 投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

## 22. 开标程序

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人、自然人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心13号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyi@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。

22.5 投标人线上确认投标报价。

22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。

### 25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1 采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名

单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

**26.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

- (1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**26.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

26.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购管理办公室报告。

## **27. 推荐及确定中标候选人原则**

(1) 评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则 A、B、C 分标依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、项

目实施方案、增值售后服务分、履约能力、政策功能由高到低的顺序排列并推荐中标候选人；D 分标依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、增值售后服务分、履约能力、政策功能由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

(2) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(3) 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

(4) 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

#### **28. 属于下列情况之一者，投标无效：**

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
- (6) 投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；
- (7) 未完全响应招标文件实质性要求的；
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### **29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装的；

#### **30. 属于下列情形之一的，应予废标：**

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

#### **31. 开标、评标过程的监控**

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

#### **32. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37 号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等；
- (2) 查询截止时间：中标通知书发出前；
- (3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
- (4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录

名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

### **33. 中标公告及中标通知书**

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

**33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。**

33.3 中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## **七、签订合同**

### **34. 履约保证金**

34.1 履约保证金金额：按中标金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。注：若中标人为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的，则按中标金额的2%。

34.2 如果中标人没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报永福县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织招标。

34.3 中标人履行完合同约定权利义务事项后（即免费保修期满后），凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

### **35. 签订合同**

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起25个日历日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

## **八、其他事项**

### 36. 招标代理服务费用

36.1 招标代理服务费：本项目各分标招标代理服务费按本须知第 36.2 条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币 5000 元的，按 5000 元支付）。

#### 36.2 招标代理服务收费标准：

费率 \ 服务类型 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 37. 采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

### 38. 广西线上“政采贷”政策告知函（详见附表 3）

39. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40. 监督管理机构：永福县政府采购管理办公室 电话：0773-8518392

附表 1:

# 质疑函 (格式)

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
授权代表: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_  
质疑项目的编号: \_\_\_\_\_  
分标号: \_\_\_\_\_  
采购人名称: \_\_\_\_\_  
质疑事项:  
 招标文件 招标文件获取日期: \_\_\_\_\_  
 招标过程  
 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_  
事实依据: \_\_\_\_\_  
法律依据: \_\_\_\_\_  
质疑事项 2  
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字 (签章):

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人(负责人、自然人)、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附表 2:

## 投诉书 (格式)

### 一、投诉相关主体基本情况:

投标人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

被投诉人 1:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

被投诉人 2:

.....

相关供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: \_\_\_\_\_

采购项目的编号: \_\_\_\_\_

分标号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

代理机构名称: \_\_\_\_\_

采购文件公告: 是/否公告期限: \_\_\_\_\_

采购结果公告: 是/否公告期限: \_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, 向\_\_\_\_\_提出质疑, 质疑事项为:

\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

---

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人（负责人、自然人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展,针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商,可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款,融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式,可在中征应收账款融资服务平台查询(网址:<https://www.crcrfsp.com/>,客服电话:400-009-0001)。

## 第三章 采购需求

### I. 本项目所要执行的政府采购政策:

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《桂林市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（市财采〔2022〕7号），投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。

2. 本项目非专门面向中小企业采购。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

6. 优先采购环境标志产品、节能产品。

### II. 采购需求一览表

#### A 分标

一、采购内容及技术要求						
序号	标的名称	所属行业	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单项预算（元）
1	全高清宫腹腔镜系统	工业	<p>（一）影像链成像系统1套（包含摄像主机1台及摄像头1台）</p> <p>1. 摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头，具备全高清图像处理性能，能够输出1920×1080P动态图像，水平分辨率≥1000线；</p> <p>2. 具备多种高清、标清信号输出接口，支持同时接入多显示器，信号输出包括：</p> <p>①HDTV信号：HD-SDI×2个、DVI-D×2个，最高分辨率可达1920×1080P；</p> <p>②SDTV信号：复合视频信号S-Video；</p> <p>▲3. 摄像系统主机内置USB输出接口，可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920×1080P分辨率，静态图像采集支持1920×1080P分</p>	1	套	1300000.00

		<p><b>辨率；</b></p> <p>4. 主机面板设计简洁；</p> <p>5. 主机具有隐藏操作面板设计，可有效避免医护人员误操作，打开隐藏面板可进行主机性能设置；</p> <p>6. 预设 4 种工作模式（①No. 1/模式一：10mm0° /30° 胸腹腔镜、除耳鼻喉科各类小镜种圆形图像圆形超出屏幕的情况；②No. 2/模式二：除耳鼻喉科各类小镜种圆形图像整圆在屏幕内的情况；③No. 3/模式三：泌尿外科硬性输尿管镜、纤维胆道镜等各类纤维镜；④No. 4/模式四：耳鼻喉专科各类镜种），另可通过菜单，调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置等，进行客户自定义操作；</p> <p><b>▲7. 摄像头采用 3 个 1/3 英寸 CMOS 的三晶片的成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像；</b></p> <p><b>▲8. 摄像头具备 2 倍光学变焦技术，配合摄像主机，还可实现 2 倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断；</b></p> <p><b>▲9. 摄像头具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦；</b></p> <p>10. 摄像头可连接目镜杯卡口为 32mm 直径的各类光学视管和软性纤维镜；</p> <p>11. 摄像头具备 3 个或以上遥控按钮，可操作拍照、录像和白平衡；</p> <p>12. 摄像头具备 IPX7 级防水性能，可用于浸泡消毒；</p> <p>13. 信噪比≥61db，最小照度≤1Lux，图像传感器 ADC 位宽≥12Bits。</p> <p><b>（二）LED 冷光源 1 套</b></p> <p>1. 整机输入电源电压： AC 100~220V±10%，50/60HZ；</p> <p>2. 整机输入功率： 1.9-0.8A；</p> <p>3. 设备类型： I 类 CF 型，支持用于直接接触心脏的手术；</p> <p>4. 灯泡输入功率： 135W；</p> <p>5. 冷光源 300nm~1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；</p> <p>6. 冷光源的输出总光通量应≥1300lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；</p> <p>7. 灯工作寿命≥20000 小时，节约医院后续维护成本；</p> <p>8. 色温≥6600K，确保能最接近于自然光；</p> <p>9. 光输出最大中心照度≥3200000LX；</p> <p>10. 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；</p> <p>11. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音≤50dB(A)，能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>12. 可通过外部设备的串行控制接口控制 LED 光源的功能。</p> <p><b>(三) 高清腹腔镜 1 套</b></p> <p>1. 直径约 10mm, 约 30° 视野方向, 视野范围<math>\geq 70^\circ</math> ;</p> <p>2. 高清镜子带有 HD 标志, 边缘图像与中心图像一致性清晰;</p> <p><b>▲3. 大景深光学视管, 有效景深 5mm~100mm;</b></p> <p><b>▲4. 为确保腹腔镜系统各项功能稳定, 投标人所投高清腹腔镜内窥镜必须与影像链成像系统为同一品牌[以所投产品“高清腹腔镜内窥镜”及“影像链成像系统”的《医疗器械产品注册证》为准];</b></p> <p><b>▲5. 可进行高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌消毒, <math>\geq 450</math> 次。</b></p> <p><b>(四) 高流量气腹机 1 套</b></p> <p><b>▲1. 流速<math>\geq 50</math> 升/分钟, 流量调节范围 0.1~50L/min, 以满足支持精确调节和高流速供气的需求;</b></p> <p>2. 压力范围: 1mmHg~30mmHg, 气压显示准确性<math>\pm 2</math>mmHg;</p> <p><b>▲3. 采用触摸屏设计, 能够更好进行设置操作, 显示参数和故障信息, 屏幕尺寸<math>\geq 6</math> 英寸;</b></p> <p>4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式及自定义模式, 满足不同手术需求;</p> <p>5. 具有双重报警系统, 气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下, 既有声音提醒, 亦有文字提示;</p> <p>6. 气压过高时, 具有自动排气功能, 防止体内压力过高;</p> <p><b>▲7. 具有排烟功能, 在负压吸力为 0.04~0.06MPa 的情况下, 最大排烟流量<math>\geq 8</math>L/min;</b></p> <p><b>▲8. 气腹机末端 CO<sub>2</sub> 气体加热功能, 加热温度理论值约为 37℃, 可有效减少病人肌体刺激反应, 加速病人康复;</b></p> <p><b>▲9. 为确保腹腔镜系统各项功能稳定, 投标人所投高流量气腹机必须与影像链成像系统为同一品牌[以所投产品“高清腹腔镜内窥镜”及“影像链成像系统”的《医疗器械产品注册证》为准]。</b></p> <p><b>(五) 监视器 1 台</b></p> <p>1. 27 英寸或以上高清医用 LCD 监视器;</p> <p>2. 支持 1920×1080P 全高清显示;</p> <p>3. 具有 DVI、HD-SDI、VGA、RGB 等多种高清接口, 支持接入不同摄像主机;</p> <p>4. 支持环出功能, 可通过监视器输出连接到其他同信号监视器;</p> <p>5. 显示面板使用光学玻璃全贴合技术, 有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射, 提升显示亮度和色</p>		
--	--	--	--	--

		<p>彩还原性；</p> <p>6. 最大背光亮度<math>\geq 900\text{cd/m}^2</math>，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；</p> <p>7. 具有<math>\geq 178^\circ</math> 可视角度，满足手术室不同站位需求；</p> <p>8. 显示器对比度<math>\geq 1400:1</math>；</p> <p>9. 前面板具有 IPX5 级防水，后面板具有 IPX2 级防水，可安全进行面板清洁；</p> <p><b>▲10. 投标人所投“监视器”必须使用政府强制采购的节能产品，投标人于投标文件中必须提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人电子签章。</b></p> <p><b>（六）医用台车 1 台</b></p> <p>配套与影像链成像系统为同一品牌的医用台车。</p> <p><b>（七）高清工作站1套</b></p> <p>1. 数据库</p> <p>（1）使用SQL Server 2000；</p> <p>（2）所有检查类型的数据存储在同一个数据库中；</p> <p>2. 图像保存方式：不能保存在数据库中，需单独以文件形式保存于电脑端的本地硬盘；</p> <p>3. 多级权限管理：分只读、读写创建的病历资料、读写删除、管理员等多级权限；</p> <p>4. 预约登记</p> <p>（1）可集中统一登记病人信息；</p> <p>（2）可编辑检查收费表，可在列表中选择检查项目，自动生成收费金额；</p> <p>5. 图像采集</p> <p>（1）高清(分辨率<math>1920 \times 1080</math>，向下兼容各种分辨率)质量全屏采集压缩卡，可采集DVI、SDI、分量及VGA等视频信号；</p> <p>（2）可采集动、静态图像，且采集数量无限制；</p> <p>（3）静态图像的采集可由内镜手柄上的按钮控制；</p> <p>（4）动、静态图像采集也可由一个脚踏开关控制；</p> <p>（5）图像采集参数（亮度、对比度、窗口位置等）能保存多组不同设置；</p> <p>（6）图像采集窗口不显示时也能采集图像；</p> <p>（7）支持高清及标清视频采集；</p> <p>6. 诊断报告编辑模块</p> <p>（1）典型病历报告模板，并提供范句插入功能；</p> <p>（2）提供自动排版功能；</p> <p>（3）提供填写报告功能，自动填入默认值；</p> <p>7. 诊断术语维护：支持对诊断术语进行快速维护修改；</p>		
--	--	---	--	--

		<p>8. 图像查看</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持在图像列表下方能显示部位和印象说明;</li> <li>(2) 图像可方便地导出;</li> <li>(3) 根据图像数量多少自动调整图像栏的高度;</li> </ul> <p>9. 图像处理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持测量、各种形状标注、伪彩、明亮度、对比度、饱和度调节等功能;</li> <li>(2) 支持对图像进行部位和印象说明;</li> <li>(3) 支持提供多个部位示意图以供选择;</li> <li>(4) 支持图像批量删除、图像批量导出;</li> <li>(5) 支持图像在不同病历间复制、剪切、粘贴;</li> <li>(6) 可选择需要打印的图像,并能按打印顺序显示;</li> </ul> <p>10. 报告单模板制作与报告打印</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持打印1~6幅图打印格式打印图像;</li> <li>(2) 打印界面下支持调出病历资料修改保存诊断内容;</li> <li>(3) 报告单支持输出到WORD文件;</li> <li>(4) 报告单支持保存为JPG文件;</li> </ul> <p>11. 动态录像: 自动检测病人是否存在动态录像文件,并列表显示,内置播放器,播放时可抓拍图像,并能调整抓拍图像范围;</p> <p>12. 病历管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询;</li> <li>(2) 支持模糊查询: 医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目;</li> <li>(3) 支持将病历列表导出到Excel中,导出的项目支持自由设置;</li> <li>(4) 支持单个病历的导出和导入功能,包括文字资料和图像资料;</li> <li>(5) 支持恢复删除功能;</li> <li>(6) 支持对特殊病历进行标记,方便统计及学术研究;</li> </ul> <p>13. 科室管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 支持浏览其它人的报告,但不允许修改;</li> <li>(2) 支持设定报告打印后,报告不允许修改;</li> <li>(3) 支持设定病历资料备份后,报告不允许修改;</li> <li>(4) 统计功能: 支持统计医生所诊断的各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数,可打印统计表、查看统计图、导出到EXCEL;</li> <li>(5) 支持自定义统计。</li> </ul>		
--	--	--	--	--

2	医用灌注泵	工业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全分类 I 类 BF 型;</li> <li>2. 电源~220V 50Hz;</li> <li>3. 额定功率≤150VA;</li> <li>4. 微电脑数码管显示;</li> <li>5. 压力支持根据需要调节设定, 压力设定范围 50~400mmHg;</li> <li>6. 流量支持根据需要调节设定, 流量设定范围 0.1~1.0 L/min;</li> <li>7. 支持显示各种功能数据(设定流量、设定压力、实际压力等);</li> <li>8. 管路支持高温高压和低温等离子消毒;</li> <li>9. 灌注管路支持与其他品牌通配;</li> <li>10. 硅胶管属于医用级材料, 保证手术的安全性;</li> <li>11. 采用挤压式的供水方式, 保证腔道形状和视觉效果, 形成合理的手术空间和清晰的视野。</li> <li>12. 运行方式: 间歇加载/连续运行;</li> <li>13. 噪声≤70dB(A);</li> <li>14. 外形尺寸: 约 300 mm×370 mm×140mm(长×宽×高);</li> <li>15. 重量: 约 8kg。</li> </ol>	1	台	38000.00
3	宫腔一体镜	工业	<p>(一) 镜子</p> <p>▲1. 主体镜工作长度: 205~210mm ; 外径: 约 6.0mm(免扩宫);</p> <p>2. 内窥镜镜体全部采用不锈钢部件。内窥镜采用光学玻璃、光纤、光锥。新型光学系统, 视向角约 30°, 高清分辨率。镜子光路设计合理。带有方向标, 蓝宝石镜头;</p> <p>3. 持续对流, 含无创末端, 与内窥镜连体设计, 高流量特性, 进出水通道更通畅;</p> <p>4. 镜、鞘一体化, 无需反复拆卸, 保护镜子不易受损;</p> <p>▲5. 进出水通道可 360° 旋转, 避免宫颈口损伤, 防止水路管缠绕;</p> <p>▲6. 全自动闭合操作通道, 喇叭型操作插口;</p> <p>7. 诊断治疗一体, 无创头端设计。外鞘直径约 6.0mm。患者可免扩宫, 缩短手术时间。</p> <p>(二) 器械</p> <p>1. 器械工作长度: 约 400mm ; 器械直径: 2.0mm;</p> <p>2. 器械可 360° 旋转。</p> <p>▲3. 器械可拆卸, 分为钳芯和手柄。</p>	1	套	100000.00
二、核心产品: 本分标核心产品为“全高清宫腹腔镜系统”。						
▲三、售后服务要求						

1. 售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，全高清腹腔镜系统免费保修期不少于 24 个月（自验收合格之日起计算，其中摄像主机免费保修期不少于 36 个月），医用灌注泵、宫腔一体镜免费保修期不少于 24 个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）故障解决及保修要求：

①免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，2 小时内响应，12 小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件 4 小时内更换解决故障，重要备件 48 小时内更换解决故障。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

2. 投标人根据以上售后服务基本要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

#### ▲四、商务要求

(一) 交货期及地点	(1) 交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 (2) 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
(二) 付款方式	所有设备安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的 60%，安装调试完毕并验收合格满一年支付合同金额的 20%，满一年半支付合同金额的 10%，满两年支付合同金额的 10%（无息）。采购人在支付每笔款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。
(三) 验收标准	1. 投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3. 中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 4. 中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

#### ▲五、其他要求

1. A 分标政府采购预算金额为壹佰肆拾肆万伍仟元整（¥1445000.00），最高限价金额为人民币壹佰肆拾叁万捌仟元整（¥1438000.00），投标报价超出最高限价金额的将被视为无效投标。

2. 投标人于投标文件中必须提供所投产品“全高清腹腔镜系统”所含设备“影像链成像系统、LED 冷光源、高清腹腔镜、高流量气腹机”、“宫腔一体镜”及“医用灌注泵”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人电子签章，否则，投标文件作无效处理。

3. A 分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

#### 六、增值售后服务要求

投标人于投标文件中提供增值售后服务方案，包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等。

**注：增值售后服务方案加分详见第四章“评标办法”。**

#### **七、项目实施方案要求**

投标人于投标文件中提供项目实施方案，包括但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。

**注：项目实施方案加分详见第四章“评标办法”。**

#### **八、履约能力要求**

1. 投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效。

2. 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩【同类产品系指本次采购的全高清宫腹腔镜系统、医用灌注泵、宫腔一体镜等，以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】。

**注：履约能力加分详见第四章“评标办法”。**

#### **九、政策性加分条件**

1. 节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。

2. 环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

**注：政策性加分详见第四章“评标办法”。**

**注：**

1. 本分标“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。

2. 投标人对本分标“项目要求及技术需求”中未标注▲号项的技术参数出现负偏离数 $\geq 4$ 项时，投标文件作投标无效处理。

## B 分标

一、采购内容及技术要求						
序号	标的名称	所属行业	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单项预算（元）
1	宫腔镜冷刀手术系统	工业	<p>（一）总体要求：</p> <p>1. 用于临床检查子宫腔内疾病和治疗，包括通过现有宫腔镜难以完成的手术检查和治疗。如子宫纵膈、子宫肌瘤（0/1/2）、宫内膜息肉、宫腔粘连、子宫切口妊娠、宫内节育器残留或嵌顿或异物、不全流产或胚胎残留取出等，无热损伤的风险；</p> <p>2. 膨宫介质：支持采用生理盐水双极、等离子操作；也支持采用葡萄糖或甘露醇单极操作；</p> <p>3. 操作系统：支持实时 B 超监视，无电磁干扰，保证手术安全；支持宫腹腔镜联合手术；配合输卵管软镜可行双镜联合手术。</p> <p>（二）技术参数要求：</p> <p>1. 宫腔镜：</p> <p>▲（1）蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术，光学系统设计，高清分辨率；轻质不锈钢材质 Y 型镜体，符合人体工程学设计；</p> <p>（2）工作长度：≥208mm；</p> <p>（3）视向角约 12°，视场角≥60°；</p> <p>（4）高透光度光纤，标准转换光缆接口；</p> <p>▲（5）最大插入部外径≤8.0mm，插入部整体平滑设计，具备不带外鞘操作模式；</p> <p>▲（6）器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径≤4mm 硬性器械的操作；</p> <p>（7）注液通道孔径≥1.0mm；</p> <p>▲（8）循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作；</p> <p>（9）外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≤8.0mm，头端具有≥7 排侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可 360° 旋转出水阀体，快速按式锁扣；</p> <p>（10）配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≤8.2mm，头端流线型防损伤设计；</p>	1	套	250000.00

			<p>(11) 宫腔镜灭菌方法: 采用低温等离子灭菌。</p> <p>2. 配套高频内窥镜手术器械</p> <p>(1) 配备可配合宫腔镜器械通道使用的器械: 包括剪刀、活检钳、异物钳, 电钩、电棒、及电铲, 能满足各类术式的宫腔镜手术操作;</p> <p>▲ (2) 工作外径<math>\geq 4.0\text{mm}</math>, 符合手术操作需要的柔韧性强度;</p> <p>▲ (3) 360° 可旋转手柄, 最小化三拆卸(手柄、钳杆、钳芯), 符合内窥镜清洗消毒灭菌要求;</p> <p>(4) 工作长度<math>\geq 360\text{mm}</math>;</p> <p>(5) 器械灭菌方法: 支持采用低温等离子或高温高压灭菌;</p> <p>(6) 配备专用消毒盒, 方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放, 保护镜子及器械附件使用功能正常。</p>			
2	等离子电切系统	工业	<p>(一) 妇科临床用途: 子宫肿瘤、息肉, 粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔黏连等宫腔电切微创手术治疗。</p> <p>(二) 招标参数要求:</p> <p>1. 主机</p> <p>▲ (1) 要求为等离子体手术系统;</p> <p>(2) 支持双极或多极切割、消融、凝固, 并能在同一个电极上实现上述操作;</p> <p>(3) 配备相应腹腔镜器械, 可用于腹腔镜手术;</p> <p>(4) 具有两种 ABLATION(切割、止血、消融) 模式, 一种 PLACOAG(止血、凝固);</p> <p>(5) 具有声音提示功能, 并能区分 ABLATION 模式和 PLACOAG 模式的工作声音, 避免踏错脚踏; 在发生报错、故障时有报警提示, 并与 ABLATION 模式和 PLACOAG 模式不同;</p> <p>(6) 具有自动识别电极、脚踏的连接状态。并完成对应的功能设置, 显示相应的输出功率。在开机状态下, 连接电极时系统自动进入保护界面, 防止误踩脚踏;</p> <p>(7) 配备双色脚踏开关, 便于区分 ABLATION 和 PLACOAG 模式;</p> <p>▲ (8) 工作频率 <math>100\text{KHz} \pm 10\text{KHz}</math>; 输出模式: ①等离子切割: 1~10 档可调; ②等离子消融、凝血: 1~10 档可调;</p>	1	套	400000.00

		<p>(9) 显示界面：按键式操作界面，采用 LED 数码显示，面板密封防水设计；</p> <p>(10) 工作时显示：切割 (ABLATION1)、止血 (PLACOAG) 两种工作模式；</p> <p><b>▲ (11) 阻抗显示：0~999 Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者（要求在设备上有对应显示界面）；</b></p> <p>(12) 工作计时：具有 0~99s 循环计时功能（要求在设备上有对应显示界面）；</p> <p>(13) 整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；</p> <p>(14) 电源：AC220V，50Hz；</p> <p>2. 手术电切镜招标参数</p> <p>(1) 内窥镜：视向角：约 12°，带有方向标，蓝宝石镜头；</p> <p>(2) 操作器：被动式结构设计；</p> <p>(3) 内鞘：Fr24，采用耐高温高强度陶瓷；</p> <p>(4) 闭孔器：适配内鞘；</p> <p>(5) 外鞘套：≤Fr26，带进、出水通道和控制开关，外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可 360° 旋转，可持续灌注；</p> <p>(6) 操作器、内鞘、外鞘套之间为快速卡锁式装接，便于操作；</p> <p>(7) 光缆接头可与 STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI 等光缆连接；</p>				
3	高频电刀	工业	<p>(一) 类型： 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的 CF 型防除颤应用部分(单极和双极)，非 AP、APG 型普通设备，110V~220V±10%网电源供电。</p> <p>(二) 功能： 高频电流：416KHz(±10%)，支持对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切 1、混切 2；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极凝等多种工作模式；</p> <p><b>▲1. 全悬浮电源，宽频电压输入不受不稳定电源影响；高频漏电流低于国标(≤150mA)2 倍；</b></p> <p><b>▲2. 输出功率误差±3% (国标±20%)；</b></p> <p><b>▲3. 全功能功率自动补偿；</b></p> <p>4. 高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠</p>	1	套	50000.00

			<p>镜、腹腔镜等内镜使用；</p> <p>5. 专用病人回路电极板接触质量检测系统；</p> <p>6. 单极既可手控输出也可脚控输出；</p> <p>7. 具备断电保护电路功能，能记忆前一次使用的输出设定值；</p> <p>8. 支持远程故障诊断；</p> <p>9. 支持通过 EMC 检测；</p> <p>10. 额定输出功率：</p> <p>（1）纯切：1W~350W(负载 500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割；</p> <p>（2）切割 1：1W~200W(负载 500Ω)；浅表焦伽精确切割 80%切割，20%凝血；</p> <p>（3）切割 2：1W~120W(负载 500Ω)；60%切割，40%凝血；</p> <p>（4）喷凝：1W~150W(负载 500Ω)；大面积凝血；</p> <p>（5）柔凝：1W~80W(负载 500Ω)；精确浅表点凝；</p> <p>（6）标准双极电凝：1W~70W(负载 100Ω)；</p> <p>11. 正常运行条件</p> <p>（1）环境温度范围：5℃~40℃；</p> <p>（2）相对湿度范围：≤80%；</p> <p>（3）大气压力范围：86.0~106.0kPa；</p> <p>（4）电源：110~220V±22V，50~60Hz±1Hz；</p> <p>（5）工作频率：416kHz；</p> <p>12. 整机功耗：≤1100VA（切割功能 350W）；</p> <p>13. 运输和贮存</p> <p>（1）环境温度范围：5℃~40℃；</p> <p>（2）相对湿度范围：≤95%；</p> <p>（3）大气压力范围：500hPa~1060hPa。</p>			
4	电动子宫切除器	工业	<p>（一）电源电压：220V~50Hz；</p> <p>（二）输入功率：50VA；</p> <p>（三）输出电压：8V~24V；</p> <p>（四）转速：80r/min~220r/min；</p> <p>（五）输出扭矩：15N•cm；</p> <p>（六）运行模式：间歇加载连续运行，加载 2min，间歇 2min；</p> <p>（七）熔断器：×2 FIAL250V F3AL250V；</p> <p>（八）整机噪音：≤60db(A)；</p> <p>（九）温度 5℃~40℃；</p> <p>（十）湿度≤80%；</p>	1	套	67000.00

			(十一) 大气压 760hpa~1060hpa。			
5	腹腔镜外科成套手术器械	工业	<p>(一) 气腹针 (1) 1 套, 规格: 2.5×140。</p> <p>(二) 气腹针 (2) 1 套, 规格: 2.5×120。</p> <p>(三) 普通穿刺器 (十字) (1) 2 套, 规格: Φ5×95, 普通。</p> <p>(四) 普通穿刺器 (十字) (2) 2 套, 规格: Φ10×95, 普通。</p> <p>(五) 转换器 1 套, 规格: Φ10-Φ5, 20。</p> <p>(六) 10mm 十字密封帽 5 套, 规格: Φ10/十字。</p> <p>(七) 5mm 十字密封帽 5 套, 规格: Φ5/十字。</p> <p>(八) 10mm 密封帽 5 套, 规格: Φ10。</p> <p>(九) 5mm 密封帽 5 套, 规格: Φ5。</p> <p>(十) 单极高频电线 1 套, 规格: 3m。</p> <p>(十一) 钩状单极电凝 1 套, 规格: Φ5×330。</p> <p>(十二) 铲状单极电凝 1 套, 规格: Φ5×330。</p> <p>(十三) 棒状单极电凝 1 套, 规格: Φ5×330。</p> <p>(十四) 三通冲洗管 (中号) 1 套, 规格: Φ10×330。</p> <p>(十五) 钛夹钳 (3 号) 1 套, 规格: Φ10×330。</p> <p>(十六) 施夹器 (2 号) 1 套, 规格: Φ10×330。</p> <p>(十七) 弯剪 (15mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(十八) 弯分离钳 (16mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(十九) 弯分离钳 (22mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(二十) 鸭嘴抓钳 (带孔, 18mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(二十一) 粗齿无损伤抓钳 (24mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(二十二) 系膜抓钳 (弯头单动, 27mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(二十三) 肠抓钳 (带孔横齿, 37mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄带卡。</p> <p>(二十四) 输卵管钳 (13mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p> <p>(二十五) 鼠齿抓钳 (单动, 2×4 齿, 14mm) 1 套, 规格: Φ5×360, ST 塑柄。</p>	1	套	130180.00

		<p>(二十六) 大鼠齿抓钳 (单动 2×3 齿, 35mm) 1 套, 规格: <math>\phi 10 \times 360</math>, ST 塑柄带卡。</p> <p>(二十七) 取石钳 (单动, 32mm) 1 套, 规格: <math>\phi 10 \times 360</math>, ST 塑柄。</p> <p>(二十八) 直 V 形持针钳 (0 型) 1 套, 规格: <math>\phi 5 \times 330</math>。</p> <p>(二十九) 直头双极电凝钳 1 套, 规格: <math>\Phi 5 \times 330</math>。</p> <p>(三十) 五叶钳 1 套, 规格: <math>\Phi 10 \times 330</math>, 铁柄。</p> <p>(三十一) 肌瘤钻 1 套, 规格: <math>\phi 5 \times 430</math>。</p>		
--	--	--	--	--

二、核心产品：本分标核心产品为“等离子电切系统”。

### ▲三、售后服务要求

1. 售后服务基本要求 (投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中, 采购人不再就此费用另行支付):

(1) 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期不少于 24 个月 (自验收合格之日起计算)。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的, 按厂家承诺执行。

(2) 采购范围内的货物送货上门, 装卸、安装调试合格, 提供技术培训, 直至采购人技术人员可熟练操作使用。

(3) 故障解决及保修要求:

① 免费保修期内上门提供维修服务, 出现故障时, 2 小时内响应, 12 小时内到达现场, 维修需更备件的, 常用备件 24 小时内更换解决故障, 重要备件 48 小时内更换解决故障。

② 免费保修期内定期上门检查、上门维修 (维修费和元器件费); 维修中如需要更换配件的, 要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③ 若产品自带软件的, 则须提供免费保修期内提供升级服务。

2. 投标人根据以上售后服务基本要求, 于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

### ▲四、商务要求

(一) 交货期及地点	<p>(1) 交货期: 自签订合同之日起 <u>30</u> 个日历日内交货并安装调试合格交付使用。</p> <p>(2) 交货地点: 广西桂林市内采购人指定地点。</p>
(二) 付款方式	<p>所有设备安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的 60%, 安装调试完毕并验收合格满一年支付合同金额的 20%, 满一年半支付合同金额的 10%, 满两年支付合同金额的 10% (无息)。采购人在支付每笔款项前, 中标人须向采购人提供相应有效的发票。</p>
(三) 验收标准	<p>1. 投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。</p> <p>2. 设备需全新、完好、无破损, 产品到货后, 采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验, 必要时, 采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准, 采购人有权终止合同执行并全部退货, 由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书, 产品彩页 (或参数说明书), 产品白皮书 (如有) 等资料材料, 以便核实相关技术参数, 否则不予验收。</p>

	4. 中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。
<b>▲五、其他要求</b>	
<p>1. B 分标政府采购预算金额为玖拾万元整（¥900000.00），最高限价金额为人民币捌拾玖万柒仟壹佰捌拾元整（¥897180.00），投标报价超出最高限价金额的将被视为无效投标。</p> <p>2. 投标人于投标文件中必须提供所投产品“宫腔镜冷刀手术系统”、“等离子电切系统”、“高频电刀”、“电动子宫切除器”及“腹腔镜外科成套手术器械”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人电子签章，否则，投标文件作无效处理。</p> <p>3. B 分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p>	
<b>六、增值售后服务要求</b>	
<p>投标人于投标文件中提供增值售后服务方案，包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等。</p> <p>注：增值售后服务方案加分详见第四章“评标办法”。</p>	
<b>七、项目实施方案要求</b>	
<p>投标人于投标文件中提供项目实施方案，包括但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。</p> <p>注：项目实施方案加分详见第四章“评标办法”。</p>	
<b>八、履约能力要求</b>	
<p>1. 投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效。</p> <p>2. 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩【同类产品系指本次采购的宫腔镜冷刀手术系统、等离子电切系统、高频电刀、电动子宫切除器、腹腔镜外科成套手术器械等，以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】。</p> <p>注：履约能力加分详见第四章“评标办法”。</p>	
<b>九、政策性加分条件</b>	
<p>1. 节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。</p> <p>2. 环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。</p> <p>注：政策性加分详见第四章“评标办法”。</p>	
<p>注：</p> <p>1. 本分标“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。</p> <p>2. 投标人对本分标“项目要求及技术需求”中未标注▲号项的技术参数出现负偏离数≥4 项时，投标文件作投标无效处理。</p>	

### C 分标

一、采购内容及技术要求						
序号	标的名称	所属行业	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单项预算（元）
1	过氧化氢低温等离子体灭菌器	工业	1. 容积 $\geq 108L$ ； 2. 选用灭菌剂：58%~60%过氧化氢（ $H_2O_2$ ）； 3. 温度显示：液晶触摸屏； 4. 灭菌室材质：采用铝合金材料 5052，腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体厚度 $\geq 8mm$ ，具有导热性能； 5. 外箱材质：ABS 塑料一次性吸塑成型； 6. 电极网材质：采用铝合金材料 5052，钣金成型，厚度 $\geq 2mm$ ； 7. 密封门材质：采用铝合金材料 5052，厚度 $\geq 10mm$ ； 8. 装载方式：上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品，单层装载空间不小于 $67 \times 39 \times 16$ CM（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）； 9. 门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门，光感式红外线感应开关，控制灭菌室舱门开启和关闭； 10. 门防夹手功能：具有门障碍开关功能； 11. 腔体温度加热功率：预热升温时间 $\leq 30min$ ； 12. 主体保温： $\geq 20mm$ 橡塑海绵； 13. 全自动控制系统：液晶屏触摸屏显示采用 PLC 电路，要求安全可靠，系统可以维护升级； 14. 打印机：采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据； 15. 显示屏：采用 $\geq 7$ 寸彩色触摸屏，通讯速率 $\geq 9600bps$ ； 16. 显示状态：支持显示温度、压力、时间、循环模式、过程阶段和报警信息等； 17. 存储功能：能够存储记录 $\geq 500$ 锅次原始灭菌数据； 18. 温度传感器：嵌入温度传感器自动检测腔内温度； 19. 灭菌时间：快速灭菌 $\leq 30min$ ；加强灭菌 $\leq 50min$ ； 20. 网络连接：设有网络连接端口； 21. 抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路； 22. 油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统； 23. 空气过滤器：过滤精度 $\leq 0.22 \mu m$ ； 24. 等离子电源：电源功率 $\leq 900W$ ，频率 $\geq 50KHZ$ ，增强等离子体的穿透能力和解析能力； 25. 过氧化氢加注方式：卡匣加注方式； <b>▲26. 内径约 1mm，长度约 4m 的硅胶软管能达到灭菌效果；</b> 27. 灭菌效果：按照 GB27955-2020 附录 B 的方法，将嗜热脂肪杆菌芽孢生物指示物放入 PCD 验证装置分别进行半周期循环验证，无细菌生长，达到灭菌要求（投标人于投标	1	台	200000.00

		<p>文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合本条技术参数要求的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按照第四章“评标办法”相关规定予以扣分）；</p> <p>28. 加热系统：采用防爆阻燃型加热系统；</p> <p>29. 多种防护功能：设压超温保护功能；</p> <p>30. 灭菌后灭菌负载 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 残留量 ≤ 0.08mg/KgH<sub>2</sub>O（投标人于投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合本条技术参数要求的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按照第四章“评标办法”相关规定予以扣分）；</p> <p><b>▲31. 过氧化氢灭菌剂稳定性：在 37℃ 的环境下存放 90 天，经检测过氧化氢含量下降率 ≤ 1%，实际检测浓度下降率为 0.99% [投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所投产品符合“实际检测浓度下降率”技术要求的合格有效的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人电子签章]。</b></p>				
2	内镜清洗工作站	工业	<p><b>（一）台面/清洗槽 4 台</b></p> <p>台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，可为内镜洗消人员提供腰腹部的支撑，功能背板采用斜度设计，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。台面、清洗槽及功能背板都采用改性 PMMA 高分子材料分段式一体吸塑成型，抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨。次洗槽、浸泡槽应有容量标识，标示的分度值应不大于 2L，容量标示误差应不超过 20%。</p> <p><b>（二）柜体/功能背板 1 组</b></p> <p>结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，柜体采用纯不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。功能背板采用改性 PMMA 高分子材料一体吸塑成型，与清洗槽及干燥台的材质和颜色相同，防腐防潮，不易生锈。功能支架为 304 不锈钢，下柜悬空 100mm，无台下卫生死角，便于清扫，整机加背板高度约为 1710mm。</p> <p><b>（三）自动灌流器（初洗槽灌流、消毒槽灌流）2 套</b></p> <p>1. 采用隐形设计，节省操作空间，可防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤；</p> <p>2. 模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，可快速维修；</p> <p>3. 在初洗、漂洗、末洗流程中严格按《清洗消毒技术规范》要求，采用洁净的“一次水”灌流，避免二次感染；</p>	1	套	78000.00

		<p>4. 具有脉动注液、注气、吸引等功能，保证内镜洗消达标；</p> <p>5. 采用液晶中文显示屏操作面板，支持一键启动，操作简单，安全可靠；</p> <p>6. 快速插接头位置位于清洗槽后方，单手操作即可完成，浸泡时密封盖紧密贴合清洗槽，减少液体向外扩散。</p> <p><b>（四）超静医用无油空气压缩机 1 台</b></p> <p>采用无油活塞式设计，保证压缩气体中无油分子，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa~0.8Mpa，气罐一次性储气量≥24L，主机气量≥60L/min，噪音≤70dB。</p> <p><b>▲（五）活动密封盖 2 个</b></p> <p>采用透明亚克力面板吸塑成型，有手柄，可以清晰看到灌流清洗的状况。密封盖紧密贴合清洗槽，防止酶液、消毒液挥发污染环境，盖子可移动。</p> <p><b>（六）电路系统 1 套</b></p> <p>电路电压交流 220V，50Hz，有交流转直流 24 开关电源，隐藏式设计。</p> <p><b>（七）清洗喷枪（水源）2 套</b></p> <p>枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏。</p> <p><b>（八）挂钩 1 排</b></p> <p>不锈钢材质，防酸碱。</p> <p><b>（九）清洗喷枪（气源）3 套</b></p> <p>枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值。</p> <p><b>（十）操作流程指示标牌 1 套</b></p> <p>各清洗消毒槽的操作面板配备操作流程指示牌。</p> <p><b>（十一） 304 不锈钢单冷水龙头 2 只</b></p> <p>1. 抗强酸碱处理，所有管路具有耐腐蚀功能，转动式 304 不锈钢单冷水龙头；</p> <p><b>▲2. 投标人所投“304 不锈钢单冷水龙头”必须使用政府强制采购的节能产品；投标人于投标文件中必须提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人电子签章。</b></p> <p><b>（十二）内镜干燥台 1 套</b></p> <p>要求与清洗槽相同的改性 PMMA 高分子材料一次压铸而成，表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝，对内镜及使用者起到保护作用，台面有条型凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。干燥台</p>		
--	--	---	--	--

		<p>尺寸根据实际场地可作调整。</p> <p><b>(十三) 给排水系统 1 套</b> 给排水系统采用优质高压编织供水软管及管件, PP-R 冷水管材和管件, 符合 GB/T 18742.2-2017 中 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005 技术要求。排水系统采用 PVC 排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。</p> <p><b>(十四) 照明系统 1 套</b> 背板顶部为白色圆型灯, 用于清洗时辅助照明。</p> <p><b>(十五) 烘干机 1 台</b> 用于镜体吹干, 五级风量调节</p> <p><b>(十六) 医疗快速接头 2 套</b> 采用 POM 材料, 配有带自锁的接头, 全部程序执行只需连接接头, 无需拆卸全管道灌流器。</p> <p><b>(十七) 灌流主板控制系统 2 套</b> 控制系统运行稳定, 不占用空间, 数字显示, 计时定时, 读数准确, 操作简便。</p> <p><b>(十八) 中心电源盒 1 套</b> 中心电源的控制, 有效防止用电器在无人情况下出现异常。</p> <p><b>(十九) 空气过滤减压装置 1 台</b> 1. 气压调节范围: 0~0.75Mpa, 分离空气中的水分及其它杂质, 为内镜洗消提供干燥纯净的压缩空气, 并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压, 不损伤内镜; 2. 空气过滤减压装置能过滤直径<math>\geq 0.3\mu\text{m}</math>的微粒, 具有压力显示功能, 显示精确度<math>\leq 0.02\text{MPa}</math> (投标人于投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合本条技术参数要求的检测报告复印件, 并加盖投标人电子签章, 否则视为负偏离, 按照第四章“评标办法”相关规定予以扣分)。</p> <p><b>(二十) 三通灌流装置 2 只</b> 采用进口 PCP 材料, 三通接口约为等径 6.4mm。</p> <p><b>(二十一) 灌流专用硅胶管 4 米</b> 采用硅胶原料, 柔韧度好, 耐扭结不变形, 抗撕强度高, 无毒、耐高温低温、寿命长, 长时间使用不出现变硬、变色、变黄的情形。</p> <p><b>(二十二) 纱布架 2 只</b> 用于放置清洗过程中的纱布等物品。</p> <p>▲ <b>(二十三) IC 感应卡 2 个</b> 用作灌流操作面板感应开关卡片。</p> <p><b>(二十四) 噪声</b></p>		
--	--	---	--	--

			<p>内镜清洗工作站正常运行时,噪声(A计权)应不大于70dB (投标人于投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合本条技术参数要求的检测报告复印件,并加盖投标人电子签章,否则视为负偏离,按照第四章“评标办法”相关规定予以扣分)。</p>			
3	超声波清洗机	工业	<p>1. 超声波工作时间1~30分钟任意可调,适合不同场合使用; 2. 清洗温度在20~80范围内任意可调; 3. 数码显示工作时间、温度; 4. 清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形; 5. 清洗器外壳采用不锈钢板制作; 6. 清洗槽采用不锈钢一次冲压成形,无焊接处,防水性能更好。</p> <p>(1) 尺寸:约500mm×300mm×200mm(L×W×H); (2) 外形尺寸:约550mm×330mm×320mm(L×W×H); (3) 内槽容量:约30L; (4) 电源电压:AC 220~240V 50/60Hz; (5) 工作频率:40KHZ; (6) 超声波功率:600W; (7) 加热功率:800W; (8) 数显定时:1~30分钟; (9) 数显加热:0~80度; (10) 排水:有; (11) 单台毛重:约5KG。</p>	1	台	25000.00
4	纯水机	工业	<p>1. 产品形式:柜机; 2. 功率:0.5KWA; 3. 电源压力:AC220V; 4. 电源频率:50HZ±1HZ; 5. 外形尺寸:约690mm×690mm×1470mm(长×宽×高); 6. 有效产水量:≥100L/H; 7. 水箱容积:内置约60L水箱; 8. 产水水质:符合《中华人民共和国卫生行业标准WS310.1/2/3-2009》医院消毒供应中心标准; 9. 病毒去除率:≥99%; 10 回收率: ≥70%; 11. 离子去除率: ≥99%; 12. 原水硬度: ≤8mmol/L; 13. 进水温度: 5~35℃; 14. 进水要求: 市政供水; 15. 供水压力: 0.2Mpa~0.4Mpa; 16. 环境湿度: &lt;85%RH, 无粉尘和强电磁干扰;</p>	1	台	16000.00

		<p>17. 环境温度：5~40℃；</p> <p>18. 控制核心：采用集中中央控制，系统采用硬件进行自动控制。可视化流程状态，支持显示高低水位状态；</p> <p>19. 控制模式：自动和手动两种控制模式，具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能；</p> <p>20. 一键启动：可通过人机交互一键启动设备运转，一键停止设备运转；</p> <p>21. 低压开关：保护水机因突然停水而保护泵，防止空转烧毁；</p> <p>22. 多级过滤：PP 棉、活性炭多级过滤，滤除原水杂质与异味等；</p> <p>23. 恒压供水：纯水由恒压供水泵持续供水；</p> <p>24. 压力检测：恒压供水无产水时，保护管道压力过高而控制泵的启停；</p> <p>25. 压力显示：面板式压力表实时显示设备运行压力数值；</p> <p>26. 水质检测：具有自动监测水质功能。</p>		
--	--	--	--	--

二、核心产品：本分标核心产品为“过氧化氢低温等离子体灭菌器”。

### ▲三、售后服务要求

1. 售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于 24 个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）故障解决及保修要求：

①免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，0.5 小时内响应，48 小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件 24 小时内更换解决故障，重要备件 48 小时内更换解决故障。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

2. 投标人根据以上售后服务基本要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

### ▲四、商务要求

（一）交货期及地点	<p>（1）交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内交货并安装调试合格交付使用。</p> <p>（2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>
（二）付款方式	<p>所有设备安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的 60%，安装调试完毕并验收合格满一年支付合同金额的 20%，满一年半支付合同金额的 10%，满两年支付合同金额的 10%（无息）。采购人在支付每笔款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。</p>
（三）验收标准	<p>1. 投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。</p> <p>2. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同</p>

	<p>验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。</p> <p>3. 中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。</p> <p>4. 中标人售后服务承诺若超出国家有关产品“三包”规定范围的，中标人于供货前必须向采购人提供生产厂家或总代理商针对所投产品出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。</p>
--	--

#### ▲五、其他要求

1. C分标政府采购预算金额为叁拾贰万元整（¥320000.00），最高限价金额为人民币叁拾壹万玖仟元整（¥319000.00），投标报价超出最高限价金额的将被视为无效投标。
2. 投标人于投标文件中必须提供所投产品“过氧化氢低温等离子体灭菌器”及“内镜清洗工作站”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件及“超声波清洗机”第一类医疗器械备案证明材料复印件，加盖投标人电子签，否则，投标文件作无效处理。
3. C分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

#### 六、增值售后服务要求

投标人于投标文件中提供增值售后服务方案，包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等。

**注：增值售后服务方案加分详见第四章“评标办法”。**

#### 七、项目实施方案要求

投标人于投标文件中提供项目实施方案，包括但不限于：①设备安装技术方案、②质量保证措施及管理措施、③安装实施风险防范措施、④安装计划及进度安排等。

**注：项目实施方案加分详见第四章“评标办法”。**

#### 八、履约能力要求

1. 投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效。
2. 投标人或所投产品生产厂家自2019年以来具有同类产品的销售业绩【同类产品系指本次采购的过氧化氢低温等离子体灭菌器、内镜清洗工作站、超声波清洗机、纯水机等，以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】。

**注：履约能力加分详见第四章“评标办法”。**

#### 九、政策性加分条件

1. 节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。
2. 环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

**注：政策性加分详见第四章“评标办法”。**

**注：**

1. 本分标“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。
2. 投标人对本分标“项目要求及技术需求”中未标注▲号项的技术参数出现负偏离数≥6项时，投标文件作投标无效处理。

## D 分标

一、采购内容及技术要求						
序号	标的名称	所属行业	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单项预算(元)
1	救护车	工业	<p>(一) 本次采购为定制改装车辆。</p> <p>(二) 车辆参数要求(底盘部分)</p> <p><b>▲1. 整车尺寸:</b>            长: <math>\geq 5341</math> mm;            宽: <math>\geq 2032</math> mm;            高: <math>\geq 2470</math> mm;</p> <p><b>▲2. 轴距: <math>\geq 3300</math> mm;</b></p> <p>3. 车辆满载总质量: <math>\geq 3300</math> kg;            4. 车辆整备质量: <math>\geq 2180</math> kg;            5. 悬挂系统: 麦弗逊式独立前悬, 钢板弹簧非独立后悬;            6. 燃油种类: 汽油;            7. 油箱容积(L): <math>\geq 80</math>;            8. 进气形式: 涡轮增压;</p> <p><b>▲9. 排量: <math>\geq 1997</math>ml;</b></p> <p>10. 最大功率: <math>\geq 149</math> kw;  <b>▲11. 最大扭矩: <math>\geq 300</math> Nm;</b>            12. 排放标准: 要求达到国 VI 排放标准;</p> <p><b>▲13. 驱动方式: 前置前驱;</b></p> <p>14. 变速器: <math>\geq 5</math> 速手动挡;            15. 最高安全时速: <math>\geq 156</math>km/h;            16. 制动系统: 前盘后盘;            17. 额定载客(含驾驶员) <math>\geq 7</math> 人;            18. 轮毂: 铝合金;            19. 行车记录仪: 360 度行车监控;            20. 换气气窗: <math>\geq 2</math> 个。</p> <p>(三) 车辆配置要求</p> <p>1. 医疗警示外观</p> <p>(1) 车身结构: 采用钢质加强型框架结构设计, 车体右侧配滑动门, 后端采用双开尾门结构、便于医患人员、担架的上下; 配有侧拉门踏板, 辅助侧拉门上下车;</p> <p>(2) 车辆外观: 前保险杠、车身侧围、尾门采用低温烤漆车身彩条, 前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识, 颜色鲜艳, 醒目, 有效警示; 医疗舱车窗玻璃贴深灰色太阳膜, 保护乘员隐私;</p> <p><b>▲(3) 警示灯具: 车顶前部采用一体冲压成型钢制凸台; LED 警示灯具为分体嵌入式, 警示灯具壳体均为注塑成型件; 整体呈流线型设计, 外观与原车车身造型需融合为一</b></p>	1	辆	230000.00

		<p>体。嵌入式外顶 LED 警灯警报器系统，1 台 100W 警报器，可通过控制手柄调节，具有喊话功能，能 24 小时长时间使用，驾驶室控制[投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所投产品符合 GB8108-2014《车用电子警报器》要求的合格有效的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人电子签章]；</p> <p>（4）前后风翼：与底盘融合为一体的流线型外形，有效降低高速行驶中的整车风阻；采用铁质冲压成型工艺，成形一致性好，结构强度高，表面质量好；与底盘共线的阴极电泳处理，漆膜细腻光亮、耐腐蚀；</p> <p>2. 医疗舱救护设施</p> <p>（1）救护系统：折叠担架：骨架采用铝合金型材、圆型管，重量轻、承重量大，担架采用铝合金骨架和帆布结构，承重<math>\geq 159\text{kg}</math>；输液支架：两个弦挂式输液瓶夹持器，承重<math>\geq 2.5\text{kg}</math>；</p> <p>（2）医用氧气控制系统：救护舱标配一个 10L 钢质氧气瓶，公称压力 15MPa（重量轻，便于装卸更换）。配套浮标式氧气吸入器，含湿化瓶，配套单表气瓶减压阀，病人吸氧时可控制出氧量，并配有湿化瓶为病人提供湿润氧气，利于病人吸氧；</p> <p>3. 医疗电器系统</p> <p>（1）温控设备：1 套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制，根据需要合理调控舱内温度；</p> <p>（2）照明灯：2 盏 LED 圆形嵌入式室内照明灯，光源稳定，照射面大；</p> <p>（3）消毒灯：1 盏智能化定时的紫外线消毒，保证舱内卫生安全（功率<math>\geq 30\text{W}</math>，且灯管可单独更换）；</p> <p>4. 医疗舱橱柜内饰配置</p> <p>（1）中隔墙总成：驾驶室与医疗舱之间安装新型环保材料（重量轻，环保，可二次利用）中隔墙，分开前后车厢，分隔墙上设有一个观察窗，便于观察，沟通；</p> <p><b>▲（2）医用地板：采用蓝色新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次回收利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理[投标人于投标文件中必须提供由国家认可的第三方检测机构出具的所投产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告复印件，并加盖投标人电子签章]。</b></p> <p>（3）橱柜总成：医疗舱配置 1 套医疗柜体，柜体板材阻燃性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准。</p> <p>（4）医疗舱内饰：原车内饰，后舱四个单人座椅，座椅</p>		
--	--	--	--	--

		乘坐舒适；右侧最后一个座椅下配备一个 1.05KG 灭火器； 车内配备一个安全锤，保障突发情况车内成员安全及逃生，车内配备一个手机高功率快充。		
二、核心产品：本分标核心产品为“救护车”。				
▲三、售后服务要求				
1. 售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，底盘免费保修期不少于 2 年，改装部分免费保修期不少于 1 年。 （2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供使用培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。 （3）在使用过程中若产品发生质量问题或故障，接到采购人报修通知后，立即响应并在 0.5 小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的 1 小时内，服务人员到达现场，对设备出现的较大问题，解决时间不超过 3 个工作日。 （4）免费保修期内免材料费及维修费；免费保修期外中标人须继续提供免费电话咨询，并以优惠的价格提供有偿服务，终身维修。 2. 投标人根据以上售后服务基本要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。				
▲四、商务要求				
（一）交货期及地点	（1）交货期：自签订合同之日起 45 个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市采购人指定地点。			
（二）付款方式	货物调试完毕并验收合格后三十日内支付合同金额的 90%，改装部分免费保修期满后 1 年后支付合同金额的 10%（无息）。采购人在支付每笔款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。			
（三）验收标准	1. 投标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2. 设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3. 在交付车辆时，中标人必须提供上好车辆牌（验证）所需的一切相关资料（如：整车合格证、机动车环保清单和强制性产品车辆一致性证书等）及随车的工具器材，并在保养手册上粘贴《采购售后服务维修联系单位的合同书》。应交付该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。保证交付前该车的维护正常，手续完整，否则不予验收。			
▲五、其他要求				
1. D 分标政府采购预算金额为人民币贰拾叁万元整（¥230000.00），最高限价金额为人民币贰拾叁万元整（¥230000.00），投标报价超出最高限价金额的将被视为无效投标。 2. D 分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。				
六、增值售后服务要求				
投标人于投标文件中提供增值售后服务方案，包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥其他优惠措施、⑦本地化服务保障 [投标人在项目实施地设有固定维修点的，于投标文件中提供相关证明材料的（于投标文件中提供维修点现场照片及				

投标人与底盘制造厂家签订的维修协议及固定维修点技术人员职业资格证书等有效证明材料]等。

**注：增值售后服务方案加分详见第四章“评标办法”。**

#### **七、履约能力要求**

1. 投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效。
2. 为确保救护车的质量性能，投标人所投救护车与定制改装前的车辆为相同车辆品牌。
3. 投标人或所投产品生产厂家获得商品售后服务认证。
4. 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩【同类产品系指本次采购的救护车等，以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】。

**注：履约能力加分详见第四章“评标办法”。**

#### **八、政策性加分条件**

1. 节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品。
2. 环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

**注：政策性加分详见第四章“评标办法”。**

**注：**

1. 本分标“采购需求”中标注▲号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。
2. 投标人对本分标“项目要求及技术需求”中未标注▲号项的技术参数出现负偏离数 $\geq 6$ 项时，投标文件作投标无效处理。

## 第四章 评标办法

### 一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评标办法

- (一) 对进入详评的，采用综合评分法。
- (二) 计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

#### 适用于 A、B 分标：

#### 1. 价格分.....50 分

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《桂林市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（市财采〔2022〕7号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

(2) 除上述情况外，评标报价=投标报价。

**注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

**②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。**

(3) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 以进入评标的最低的评标报价为 50 分。

最低投标人评标报价金额

(5) 投标人价格分 =  $\frac{\text{最低投标人评标报价金额}}{\text{投标人评标报价金额}} \times 50$  分

#### 2. 项目要求及技术需求响应分.....20 分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- (1) 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 10 分。
- (2) 负偏离扣分：非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 2 分，最多扣 6 分。

(3) 正偏离加分:

①“▲”号项技术参数有优于招标文件要求(于投标文件中提供相应有效的证明材料),经评委独立评审确定的,每优于一项得3分,最多得6分。

②非“▲”号项技术参数有优于招标文件要求(于投标文件中提供相应有效的证明材料),经评委独立评审确定的,每优于一项得2分,最多得4分。

### 3. 项目实施方案分.....15分

评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于:①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等)内容进行独立评审并独立打分,最多得15分:

一档(3分):上述五项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档(6分):上述五项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档(9分):上述五项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

四档(12分):上述五项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

五档(15分):上述五项评审因素经评审均合理、可行的。

**注:投标人未完整提供“项目实施方案”或所提供的“项目实施方案”未达相应评审档次全部标准的,相应降低一个档次;未达一档标准的,相应不予得分。**

### 4. 增值售后服务分.....9分

(1)免费保修期满足招标文件的前提下,承诺免费保修期每延长6个月的得1分【以货物生产厂家承诺为准】,最多得2分。

(2)增值售后服务方案分:评委根据投标人提供的增值售后服务方案【包括但不限于:①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护(注明时间)、⑤免费保修(维护)期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等】内容进行独立评审并独立打分,最多得7分:

一档(1分):上述七项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档(2分):上述七项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档(3分):上述七项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

四档(4分):上述七项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

五档(5分):上述七项评审因素有五项内容经评审合理、可行的。

六档(6分):上述七项评审因素有六项内容经评审合理、可行的。

七档(7分):上述七项评审因素经评审均合理、可行的。

**注:投标人未完整提供“增值售后服务方案”或所提供的“增值售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的,相应降低一个档次;未达一档标准的,相应不予得分。**

### 5. 履约能力分.....3分

(1)投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效的(投标文件中提供相关有效认证证书复印件,加盖投标人电子签章),每提供1项得0.5分,最多得1.5分。

(2)投标人或所投产品生产厂家自2019年以来具有同类产品的销售业绩【以签订的合同或中标(成

交)通知书复印件为准】，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供 1 项得 0.5 分，最多得 1.5 分。

**6. 政策功能分（节能、环保等）……………3 分**

(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 1.5 分。

(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 1.5 分。

**7. 综合得分=1+2+3+4+5+6**

**适用于 C 分标：**

**1. 价格分……………50 分**

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《桂林市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（市财采〔2022〕7 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

(2) 除上述情况外，评标报价=投标报价。

**注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

**②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。**

(3) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 以进入评标的最低的评标报价为 50 分。

最低投标人评标报价金额

$$(5) \text{ 投标人价格分} = \frac{\text{最低投标人评标报价金额}}{\text{投标人评标报价金额}} \times 50 \text{ 分}$$

**2. 项目要求及技术需求响应分……………25 分**

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

(1) 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 20 分。

(2) 负偏离扣分：非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 4 分，最多扣 20 分。

(3) 正偏离加分（5 分）：

①“▲”号项技术参数有优于招标文件要求（于投标文件中提供相应有效的证明材料），经评委独立

评审确定的，每优于一项得 1 分，最多得 3 分。

②非“▲”号项技术参数有优于招标文件要求（于投标文件中提供相应有效的证明材料），经评委独立评审确定的，每优于一项得 0.5 分，最多得 2 分。

### 3. 项目实施方案分.....8 分

评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于：①设备安装技术方案、②质量保证措施及管理措施、③安装实施风险防范措施、④安装计划及进度安排等）内容进行独立评审并独立打分，最多得 8 分：

一档（2 分）：上述四项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档（4 分）：上述四项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档（6 分）：上述四项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

三档（8 分）：上述四项评审因素经评审均合理、可行的。

**注：投标人未完整提供“项目实施方案”或所提供的“项目实施方案”未达相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。**

### 4. 增值售后服务分.....9 分

(1) 免费保修期满足招标文件的前提下，承诺免费保修期每延长 6 个月的得 1 分【以货物生产厂家承诺为准】，最多得 2 分。

(2) 增值售后服务方案分：评委根据投标人提供的增值售后服务方案【包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等】内容进行独立评审并独立打分，最多得 7 分：

一档（1 分）：上述七项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档（2 分）：上述七项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档（3 分）：上述七项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

四档（4 分）：上述七项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

五档（5 分）：上述七项评审因素有五项内容经评审合理、可行的。

六档（6 分）：上述七项评审因素有六项内容经评审合理、可行的。

七档（7 分）：上述七项评审因素经评审均合理、可行的。

**注：投标人未完整提供“增值售后服务方案”或所提供的“增值售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。**

### 5. 履约能力分.....3 分

(1) 投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章），每提供 1 项得 0.5 分，最多得 1.5 分。

(2) 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩【以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供 1 项得 0.5 分，最多得 1.5 分。

### 6. 政策功能分（节能、环保等）.....5 分

(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 2.5 分。

(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 2.5 分。

### 7. 综合得分=1+2+3+4+5+6

## 适用于 D 分标：

### 1. 价格分.....50 分

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《桂林市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（市财采〔2022〕7 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

(2) 除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

(3) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 以进入评标的最低的评标报价为 50 分。

最低投标人评标报价金额

(5) 投标人价格分 =  $\frac{\text{最低投标人评标报价金额}}{\text{投标人评标报价金额}} \times 50$  分

### 2. 项目要求及技术需求响应分.....15 分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

(1) 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分 15 分。

(2) 负偏离扣分：非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣 3 分，最多扣 15 分。

### 3. 增值售后服务分.....16 分

(1) 评委根据投标人提供的“增值售后服务方案”中包括但不限于以下内容：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥其他优惠措施等】内容进行独立评审并独立打分，最多得 6 分：

一档（1 分）：上述六项评审因素有一项内容经评审合理、可行的。

二档（2分）：上述六项评审因素有二项内容经评审合理、可行的。

三档（3分）：上述六项评审因素有三项内容经评审合理、可行的。

四档（4分）：上述六项评审因素有四项内容经评审合理、可行的。

五档（5分）：上述六项评审因素有五项内容经评审合理、可行的。

六档（6分）：上述六项评审因素经评审均合理、可行的。

**注：投标人未完整提供“增值售后服务方案”或所提供的“增值售后服务方案”未达相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次；未达一档标准的，相应不予得分。**

（2）评委根据投标人提供的“增值售后服务方案”中的“本地化服务保障”内容进行评审：投标人在项目实施地设有固定维修点并提供相关证明材料的（于投标文件中提供相关有效证明材料复印件，证明材料可以是维修点现场照片及投标人与底盘制造厂家签订的维修协议及固定维修点技术人员职业资格证书等），得10分；投标人承诺成交后在项目实施地设立固定维修点的，得1分。

#### **4. 履约能力分.....16分**

（1）投标人或所投产品生产厂家通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章），每提供1项得1分，最多得3分。

（2）投标人所投救护车与定制改装前的车辆为相同车辆品牌的（于投标文件中提供相关有效证明材料复印件，证明材料可以是救护车合格证及定制改装前的车辆合格证等），得6分。

（3）投标人或所投产品生产厂家获得商品售后服务认证证书（于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），服务能力达二星级的得1分，达三星级的得2分，达四星级的得3分，达五星级及以上的得4分。

（4）投标人或所投产品生产厂家自2019年以来具有同类产品的销售业绩【以签订的合同或中标(成交)通知书复印件为准】，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供1项得1分，最多得3分。

#### **5. 政策功能分（节能、环保等）.....3分**

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1.5分。

#### **6. 综合得分=1+2+3+4+5**

### **三、推荐及确定中标候选人原则**

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则A、B、C分标依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、项目实施方案、增值售后服务分、履约能力、政策功能由高到低的顺序排列并推荐中标候选人；D分标依次

按投标报价、项目要求及技术需求响应、增值售后服务分、履约能力、政策功能由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

(2) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(3) 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

(4) 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

## 第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：医疗设备及救护车采购

项目编号：

甲方：永福县妇幼保健院（采购人）

乙方：（中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标投标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同标的及合同金额

分标号：\_\_\_\_\_分标

#### 1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌	规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②

投标报价（合计金额）大写：\_\_\_\_\_人民币（¥ \_\_\_\_\_）

2. A、B分标合同合计金额包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，应综合考虑在报价中。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

C分标合同合计金额包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收、对安装清洗工作站场地改建、改造（包括：拆墙，拆墙复原，等离子隔断，推拉门，打孔排水，连接高压锅门改建）的材料、人工等费用由乙方全部承担及其他所有成本费用的总和，应综合考虑在报价中。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

D分标合同合计金额包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险（不含车辆保险）、税金（不含购置税）、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿

命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

### **第三条 权力保证**

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### **第四条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
6. 货物的运输方式：由乙方自行决定，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
8. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第五条 交付**

- 1 交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市甲方指定地点。
- 2 乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
- 3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

### **第六条 安装和培训**

- 1 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：西桂林市甲方指定地点。

### **第七条 售后服务、免费保修**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《售后服务承诺数》，为甲方提供售后服务。

2. 货物免费保修期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

## **第八条 付款方式**

A、B、C 分标：所有设备安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的 60%，安装调试完毕并验收合格满一年支付合同金额的 20%，满一年半支付合同金额的 10%，满两年支付合同金额的 10%（无息）。采购人在支付每笔款项前，中标人须向采购人提供相应有效的发票。

D 分标：货物调试完毕并验收合格后支付合同金额的 90%，改装部分免费保修期满 1 年后支付合同金额的 10%（无息）。甲方在支付每笔款项前，乙方须向甲方提供相应有效的发票。

## **第九条 履约保证金**

1. 履约保证金金额按中标金额的 5%（人民币，四舍五入到元）提交。乙方在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定的账户。注：若乙方为小微企业的，则免除收取履约保证金，若为中型企业的，则按中标金额的 2%提交。

2. 如果乙方没能按上述款规定执行，甲方将上报永福县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织招标。

3. 乙方履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起 5 个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，甲方有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4. 在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

## **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期\_\_\_\_\_（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 调试和验收**

1. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

2. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后\_\_\_\_日内及时予以解决。

6. 验收时乙方必须必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8. 按招标文件要求，乙方投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，甲方于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时甲方将报相关监督管理部门，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

### **第十三条 违约责任**

1. 乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标文件承诺或质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十五条 合同争议解决**

- 1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十六条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### **第十七条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市政府财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### **第十九条 签订本合同依据**

1. 招标文件；
2. 投标报价表；
3. 技术偏离表、商务响应表；
3. 售后服务承诺书；
4. 项目实施方案（如有）、增值售后服务方案（如有）；
5. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式七份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份、监管部门一份、采购代理机构一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人(负责人、自然人)签字: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

# 投标文件

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

投标人单位名称： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 投标文件目录

## 一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（**必须提供**）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2022 年以来的社保证明复印件（**委托代理时必须提供**）

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供**，自然人除外）

**注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。**

4. 投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件（**必须提供**）：

①分标中有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②分标中有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③分标中有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

5. 投标人 2020 年以来任一年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（**必须提供**）

6. 投标人 2022 年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（**必须提供**）

7. 投标人 2022 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（**必须提供**）

8. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）

9. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）

## 二、商务、技术性响应及其他证明材料：

(1) A、C、D 分标投标报价表、B 分标投标报价表及腹腔镜外科成套手术器械投标报价明细表（**必须提供**）；

(2) 技术偏离表（**必须提供**）；

(3) 商务响应表（**必须提供**）；

(4) 投标人的售后服务承诺书（**必须提供**）；

(5) “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件；

A 分标：投标人所投产品“全高清宫腹腔镜系统”所含设备“影像链成像系统、LED 冷光源、高清腹腔内窥镜、高流量气腹机”、“宫腔一体镜”及“医用灌注泵”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（**必须提供**）；

B 分标：投标人所投产品“宫腔镜冷刀手术系统”、“等离子电切系统”、“高频电刀”、“电动子宫切除器”及“腹腔镜外科成套手术器械”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（**必须提供**）；

C 分标：投标人所投产品“过氧化氢低温等离子体灭菌器”及“内镜清洗工作站”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，“超声波清洗机”第一类医疗器械备案证明材料复印件（**必须提供**）；

（6）项目实施方案（如有，请提供）；

A 分标、B 分标的项目实施方案包含但不限于：①项目实施管理措施、②具体安装实施流程、③实施进度安排、④质量保证措施、⑤安装实施风险防范措施等。

C 分标的项目实施方案包含但不限于：①设备安装技术方案、②质量保证措施及管理措施、③安装实施风险防范措施、④安装计划及进度安排等。

（7）增值售后服务方案（如有，请提供）；

A、B、C 分标的增值售后服务方案包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥本地化售后服务措施、⑦其他优惠措施等。

D 分标的增值售后服务方案包括但不限于：①到达故障现场时间、②售后人员配备情况、③故障出现解决方案、④定期维护（注明时间）、⑤免费保修（维护）期外维修方案、⑥其他优惠措施、⑦本地化服务保障[投标人在项目实施地设有固定维修点的，于投标文件中提供相关证明材料的（证明材料可以是：维修点现场照片、投标人与底盘制造厂家签订的维修协议及固定维修点技术人员职业资格证书等有效证明材料]等。

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（9）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（11）投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（具体详见第三章“采购需求”及第四章“评标办法”）（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（13）投标人或所投产品生产厂家相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

# 一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2022 年以来的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

附件：

## 授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名）以我公司名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：委托代理人身份证正反面复印件及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2022 年以来的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

## 授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系自然人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）以本人名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

### 3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

#### 4. 投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）：

①分标中有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②分标中有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③分标中有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

#### 5. 投标人 2020 年以来任一年度的财务状况报告（或银行出具的资信证明）（必须提供）

#### 6. 投标人 2022 年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

#### 7. 投标人 2022 年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

## 8. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

### 声 明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## 9. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供） 附件：

### 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

#### 一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装。

#### 二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

### 1. A、C、D 分标投标报价表、B 分标投标报价表及腹腔镜外科成套手术器械投标报价明细表（必须提供）附件

#### A 分标投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方(项目名称)项目招标文件,项目编号\_\_\_\_\_,签字代表\_\_\_\_\_(姓名)经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称），并做出如下报价：

序号	货物名称	生产厂家		品牌		规格型号		数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②
1	全高清腹腔镜系统	影像链成像系统（包含摄像主机及摄像头）		影像链成像系统（包含摄像主机及摄像头）		影像链成像系统（包含摄像主机及摄像头）		1	套		
		LED 冷光源		LED 冷光源		LED 冷光源					
		高清腹腔内窥镜		高清腹腔内窥镜		高清腹腔内窥镜					

		高流量气腹机		高流量气腹机		高流量气腹机					
		监视器		监视器		监视器					
		医用台车		医用台车		医用台车					
		高清工作站		高清工作站		高清工作站					
2	医用灌注泵						1	台			
3	宫腔一体镜						1	套			

投标报价（大写）：人民币 \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）

本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

交货期：

免费保修期：

其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

**备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。**

注：A 投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，已综合考虑在报价中。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_

办公电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

委托代理人联系电话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：

1. 投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。
2. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
3. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

## B 分标投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方(项目名称)项目招标文件,项目编号\_\_\_\_\_,签字代表\_\_\_\_\_ (姓名)经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_ (投标单位名称), 并做出如下报价:

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计=数量× 单价 ③=①×②
1	宫腔镜冷刀手术系统				1	套		
2	等离子电切系统				1	套		
3	高频电刀				1	套		
4	电动子宫切除器				1	套		
5	腹腔镜外科成套手术器械				1	套		
投标报价(大写): 人民币 _____ (¥ _____ )								
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。								
交货期:								
免费保修期:								

其中：  
 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_元（¥ \_\_\_\_\_）；  
 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_元（¥ \_\_\_\_\_）。  
**备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。**  
 注：B分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，已综合考虑在报价中。

### B分标腹腔镜外科成套手术器械投标报价明细表（格式）

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计=数量× 单价 ③=①×②
1	气腹针 1				1	套		
2	气腹针 2				1	套		
3	普通穿刺器（十字）1				2	套		
4	普通穿刺器（十字）2				2	套		
5	转换器				1	套		
6	10mm 十字密封帽				5	套		
7	5mm 十字密封帽				5	套		
8	10mm 密封帽				5	套		

9	5mm 密封帽				5	套		
10	单极高频电线				1	套		
11	钩状单极电凝				1	套		
12	铲状单极电凝				1	套		
13	棒状单极电凝				1	套		
14	三通冲洗管（中号）				1	套		
15	钛夹钳（3号）				1	套		
16	施夹器（2号）				1	套		
17	弯剪（15mm）				1	套		
18	弯分离钳（16mm）				1	套		
19	弯分离钳（22mm）				1	套		
20	鸭嘴抓钳（带孔，18mm）				1	套		
21	粗齿无损伤抓钳（24mm）				1	套		
22	系膜抓钳（弯头单动，27mm）				1	套		
23	肠抓钳（带孔横齿，37mm）				1	套		
24	输卵管钳（13mm）				1	套		

25	鼠齿抓钳(单动,2×4齿,14mm)				1	套		
26	大鼠齿抓钳(单动2×3齿,35mm)				1	套		
27	取石钳(单动,32mm)				1	套		
28	直V形持针钳(O型)				1	套		
29	直头双极电凝钳				1	套		
30	五叶钳				1	套		
31	肌瘤钻				1	套		

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 邮箱: \_\_\_\_\_

办公电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

委托代理人联系电话: \_\_\_\_\_

开户名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

投标人(电子签章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字(或电子签名): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注:

1. 投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字(或电子签名)并加盖投标人电子签章。

2. 投标人必须按本投标报价表(格式)要求注明清楚联系方式(包括地址、邮编、邮箱、电话等),从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的,投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单(标注出所投产品在品目清单中所属的品目),以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

## C 分标投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方(项目名称)项目招标文件,项目编号\_\_\_\_\_,签字代表\_\_\_\_\_ (姓名)经正式授权并代表投标人 \_\_\_\_\_ (投标单位名称), 并做出如下报价:

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量× 单价 ③=①×②
1	过氧化氢低温等 离子体灭菌器				1	台		
2	内镜清洗工作站				1	套		
3	超声波清洗机				1	台		
4	纯水机				1	台		

投标报价（大写）：人民币 \_\_\_\_\_ （¥ \_\_\_\_\_ ）

本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

交货期:

免费保修期:

其中:

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_ 元（¥ \_\_\_\_\_ ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： \_\_\_\_\_ 元（¥ \_\_\_\_\_ ）。

**备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。**

注：C分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收、对安装清洗工作站场地改建、改造（包括：拆墙，拆墙复原，等离子隔断，推拉门，打孔排水，连接高压锅门改建）的材料、人工等费用由投标人全部承担及其他所有成本费用的总和，已综合考虑在报价中。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_

办公电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

委托代理人联系电话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：

1. 投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。
2. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
3. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

## D 分标投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方(项目名称)项目招标文件,项目编号\_\_\_\_\_,签字代表\_\_\_\_\_ (姓名)经正式授权并代表投标人 \_\_\_\_\_ (投标单位名称), 并做出如下报价:

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价(元) ②	单项合计=数量× 单价 ③=①×②
1	救护车				1	辆		
投标报价(大写): 人民币 _____ (¥ _____ )								
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。								
交货期:								
免费保修期:								
其中: 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币(大写): _____元(¥ _____); 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币(大写): _____元(¥ _____)。								
<b>备注: 若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的, 则该处填写“无”字样。</b>								
注: D 分标投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险(不含车辆保险)、税金(不含购置税)、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和, 已综合考虑在报价中。								

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 邮箱: \_\_\_\_\_

办公电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

委托代理人联系电话： \_\_\_\_\_

开户名称： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

投标人（电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

**注：**

1. 投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。
2. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
3. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据

## 2.技术偏离表（必须提供）

附件：

### 技术偏离表（格式）

分标号：\_\_\_\_分标

序号	标的名称	招标文件项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
.....				

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 技术偏离表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

### 3. 商务响应表（必须提供）

附件：

#### 商务响应表（格式）

分标号：\_\_\_\_分标

项目	招标文件要求	投标人的响应承诺
（一）交货期及地点		
（二）付款方式		
（三）验收标准		

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：商务响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

#### 4. 投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

##### A 分标售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，全高清宫腹腔镜系统免费保修期\_\_\_\_个月（自验收合格之日起计算，其中摄像主机免费保修期\_\_\_\_个月），医用灌注泵免费保修期\_\_\_\_个月（自验收合格之日起计算），宫腔一体镜免费保修期\_\_\_\_个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）故障解决及保修要求：

①免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件\_\_\_\_小时内更换解决故障，重要备件\_\_\_\_小时内更换解决故障。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

.....

投标人(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## B 分标售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期\_\_\_\_\_个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）故障解决及保修要求：

①免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，\_\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_\_小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件\_\_\_\_\_小时内更换解决故障，重要备件\_\_\_\_\_小时内更换解决故障。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

.....

投标人(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## C 分标售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不少于\_\_\_\_个月（自验收合格之日起计算）。厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）故障解决及保修要求：

①免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件\_\_\_\_小时内更换解决故障，重要备件\_\_\_\_小时内更换解决故障。

②免费保修期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修期内提供升级服务。

.....

投标人(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## D 分标售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，底盘免费保修期\_\_\_\_\_年。改装部分免费保修期\_\_\_\_\_年。

（2）采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供使用培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用。

（3）在使用过程中若产品发生质量问题或故障，接到采购人报修通知后，立即响应并在\_\_\_\_\_小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的\_\_\_\_\_小时内，服务人员到达现场，对设备出现的较大问题，解决时间不超过\_\_\_\_\_个工作日。

（4）免费保修期内免材料费及维修费；免费保修期外中标人须继续提供免费电话咨询，并以优惠的价格提供有偿服务，终身维修。

.....

投标人(电子签章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

## 5. “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件

A 分标：投标人所投产品“全高清宫腹腔镜系统”所含设备“影像链成像系统、LED 冷光源、高清腹腔镜、高流量气腹机”、“宫腔一体镜”及“医用灌注泵”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须提供）；

B 分标：投标人所投产品“宫腔镜冷刀手术系统”、“等离子电切系统”、“高频电刀”、“电动子宫切除器”及“腹腔镜外科成套手术器械”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须提供）；

C 分标：投标人所投产品“过氧化氢低温等离子体灭菌器”及“内镜清洗工作站”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，“超声波清洗机”第一类医疗器械备案证明材料复印件（必须提供）；

6. 项目实施方案（如有，请提供）；

附件：

A 分标、B 分标项目实施方案（格式）

一、项目实施管理措施

.....

二、具体安装实施流程

.....

三、实施进度安排

.....

四、质量保证措施

.....

五、安装实施风险防范措施

.....

投标人（电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

附件：

## C 分标项目实施方案（格式）

### 一、设备安装技术方案

.....

### 二、质量保证措施及管理措施

.....

### 三、安装实施风险防范措施

.....

### 四、安装计划及进度安排

.....

投标人（电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

7. 增值售后服务方案（如有，请提供）；

附件：

A、B、C 分标增值售后服务方案（格式）

一、到达故障现场时间

.....

二、售后人员配备情况

.....

三、故障出现解决方案

.....

四、定期维护（注明时间）

.....

五、免费保修（维护）期外维修方案

.....

六、本地化售后服务措施

.....

七、其他优惠措施

.....

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

附件：

## D 分标增值售后服务方案（格式）

一、到达故障现场时间

.....

二、售后人员配备情况

.....

三、故障出现解决方案

.....

四、定期维护（注明时间）

.....

五、免费保修（维护）期外维修方案

.....

六、其他优惠措施

.....

七、本地化服务保障[投标人在项目实施地设有固定维修点的，于投标文件中提供相关证明材料的（于投标文件中提供维修点现场照片及投标人与底盘制造厂家签订的维修协议及固定维修点技术人员职业技术资格证等有效证明材料]

.....

投标人（电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 8. 项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

### 项目实施人员一览表（格式）

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 9. 节能方面的证书复印件（如有，请提供）

## 10. 环保方面的证书复印件（如有，请提供）

11. 投标人或所投产品生产厂家自 2019 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（具体详见第三章“采购需求”及第四章“评标办法”）（如有，请提供）

12. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

13. 投标人或所投产品生产厂家相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

14. 投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

### 中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

15. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

16. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关材料（如有，请提供）