

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>黄运坤</u>
	职称: <u>主任医师</u>
	工作单位: <u>柳州市疾病预防控制中心</u>
项目信息	项目名称: <u>东软 NeuViz128CT 球管采购</u>
	供应商名称: <u>东软医疗系统股份有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>该中心拟购买的CT球管是一个关键部件,具有高精密度,其更换必须与主机注册类型一致,方能作为合格产品使用。</p> <p>由于该CT设备是德国东软NeuViz软件系统,球管更换后需要用原机软件调试并确证球管各项参数与主机匹配,所以确认该中心的CT机球管只能采购为东软医疗系统股份有限公司单一来源供应商。</p> <p>以上论证符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”情形。经论证,论证结论符合单一来源采购要求,同意东软医疗系统股份有限公司进行采购。</p>
专业人员签字	<u>黄运坤</u>
	日期: <u>2020年11月11日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 嵇家琪
	职称: 主管医师
	工作单位: 柳州市卫生健康委员会
项目信息	项目名称: 东软 NeuViz128CT 球管采购
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司
专业人员论证意见	<p>柳州市潭中人民医院现有的CT属于精密大型医疗专用设备。现购置CT球管,考虑到球管作为CT机的关键部件,以及使用情况、设备应用软件、产品知识产权等综合因素,原厂配件能更好发挥整机综合效能,购置原厂配件是最佳选择。</p> <p>鉴于该设备在中国大陆仅有唯一供货商,建议按单一来源采购方式进行采购。</p> <p>经论证,该球管单一来源方式采购符合《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,同意从东软医疗系统股份有限公司进行采购。</p>
专业人员签字	嵇家琪 日期: 2022年11月11日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 覃州	
	职称: 工程师	
	工作单位: 广西科技大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 东软 NeuViz128CT 球管采购	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>柳州市潭中人民医院现有的东软 NeuViz128CT 设备属于大型精密专用医疗设备,球管作为 CT 机关键部件, CT 图像的质量与球管的质量 安装技术有明确的关联,球管实际参数与系统要求的细微差异可能引起图像不易察觉的细节损失,甚至导致图像质量偏移并更换球管后需要用厚机软件调试确保各及参数与原机匹配,使用原厂球管能保证与原机各参数匹配未经原测试认可的球管,可能导致设备功能的不匹配,引起设备故障造成不必要的经济损失。</p> <p>现该院采购的球管由Punlee公司生产,与东软医疗系统股份有限公司签署战略合作协议,为专供型号,同型号球管东软医疗系统股份有限公司为中国大陆唯一采购商。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条规定的“只能从唯一供应商处采购”的情形。经论证,该项目符合单一来源采购要求,同意从东软医疗系统股份有限公司进行采购。</p>	
专业人员签字	覃州	日期: 2022年 11月 11日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。