

云之龙咨询集团有限公司

# 竞争性谈判文件

项目名称：内镜清洗消毒工作站采购项目

项目编号：YZLWZ2024-J1-070-WZQT

采购人：梧州市中医医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年10月29日

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判公告 .....      | 2  |
| 第二章 供应商须知 .....        | 5  |
| 第三章 采购需求 .....         | 22 |
| 第四章 评审程序和评定成交的标准 ..... | 29 |
| 第五章 响应文件格式 .....       | 34 |
| 第六章 合同文本 .....         | 61 |

# 第一章 竞争性谈判公告

## 竞争性谈判公告

### 项目概况

内镜清洗消毒工作站采购项目的潜在供应商应在云之龙咨询集团有限公司(梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房财务部)获取竞争性谈判文件，并于2024年11月4日15时30分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：YZLWZ2024-J1-070-WZQT

项目名称：内镜清洗消毒工作站采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：14.3万元

最高限价：14.3万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称     | 数量及单位 | 简要技术要求或者服务要求   |
|----|-----------|-------|--|
| 1  | 内镜清洗消毒工作站 | 1套    | 1、整体要求：由不同功能槽及附件组成，用于对内镜进行手动清洗，并可以使用化学消毒剂进行消毒的设备。符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范。<br>具体详见竞争性谈判文件。 |

合同履行期限：自签订合同之日起15天内完成安装、调试、培训等全部工作，并交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

### 二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》(国务院令第739号)医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

### 三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年10月29日至2024年11月1日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：云之龙咨询集团有限公司（梧州市新兴三路 30 号神冠豪都 B 栋 1 单元 1008 号房财务部）

方式：供应商须按照公告规定的时间、地点及售价现场购买或邮购竞争性谈判文件。

售价：竞争性谈判文件售价每本 300 元，售后不退。如需邮寄到付，必须于竞争性谈判文件的获取时间截止前将竞争性谈判文件价款汇到采购代理机构指定账户，须提供项目名称、项目编号、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址等发送至指定邮箱：[wuzhouyunlong@163.com](mailto:wuzhouyunlong@163.com)。未按本公告要求提供的，因此造成供应商无法按时获取竞争性谈判文件的，责任由供应商承担。

竞争性谈判文件价款交纳银行账户：

户名：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司

账号：8113001014500158361

开户行：中信银行南宁东葛支行

注：供应商获取竞争性谈判文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局 2017 年第 16 号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码；

#### 四、响应文件提交

截止时间：2024 年 11 月 4 日 15 时 30 分（北京时间）

地点：云之龙咨询集团有限公司（梧州市新兴三路 30 号神冠豪都 B 栋 1 单元 1008 号房）

#### 五、开启

时间：2024 年 11 月 4 日 15 时 30 分后（北京时间）

地点：云之龙咨询集团有限公司（梧州市新兴三路 30 号神冠豪都 B 栋 1 单元 1008 号房）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1. 网上查询地址

中国招标投标公共服务平台（<https://bulletin.cebpubservice.com/>）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、云之龙咨询集团有限公司官网（<http://www.gxyunlong.cn/>）

##### 2. 本项目需要落实的采购政策

- （1）促进中小企业发展。
- （2）支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）促进残疾人就业政策。
- （5）支持监狱企业发展。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：梧州市中医医院

地址：梧州市长洲区新兴二路 142 号

联系方式：梁明贤，0774-2032661

## 2. 采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：梧州市新兴三路 30 号神冠豪都 B 栋 1 单元 1008 号房

联系方式：朱梓烨、覃文思 0774-3859935

## 3. 项目联系方式

项目联系人：朱梓烨、覃文思

电话：0774-3859935

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号    | 内 容   |
|--------|---|
| 3      | <p>1. 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告</p> <p>2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。</p> |
| 5.1    | 是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告   |
| 5.2    | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无  |
| 6.2    | <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包</p> <p>分包内容：_____。</p> <p>分包金额或者比例：_____。</p> <p>分包供应商必须具备的资质：_____。</p>  |
| 7.1    | <p>提供产品最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>技术参数正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。</p>   |
| 12.1.1 | <p><b>资格证明文件</b></p> <p>1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料(2024年5月至响应文件提交截止时间内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。</p>   |

从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年5月至响应文件提交截止时间内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

4. 供应商财务状况报告（2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

6. 供应商关系关联承诺书（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

7. 竞标声明（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

8. （1）采购标的属第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第七39号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（2）采购标的属第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。

（3）标的有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。

（**必须提供，否则响应文件按无效处理**）

9. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

|        |   |
|--------|---|
|        | <p><b>注：</b></p> <p>以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。</p>  |
| 12.1.2 | <p>报价文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>2. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</li> </ol>   |
| 12.1.3 | <p>商务技术文件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>3. 授权委托书及授权委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>4. 竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>6. 售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>7. 货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>8. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）</li> <li>9. 对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料；</li> <li>10. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</li> </ol> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。</li> <li>2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。</li> <li>3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。</li> </ol> |
| 12.2   | <p>响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。</li> <li>2. 响应文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式 1 份。</li> <li>3. 响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或者 U 盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。</li> </ol>  |
| 15.2   | <p>竞标报价包含但不限于产品、软件、运维、劳务、制作、保险、税费、人员工资，交通、食宿、加班、验收、培训、安装调试、产品检测费、质保期内维护服务费、与医院各信息系统对接费等费用。</p>  |

|      |  |
|------|--|
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>90</u> 日。  |
| 17.1 | <p><input type="checkbox"/> 本项目不收取竞标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取竞标保证金，具体规定如下：<br/>         竞标保证金人民币 <u>1400</u> 元。</p> <p>竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司，银行账号：8113001013700074625）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。</p> <p>相关要求：</p> <p>1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，<b>否则响应文件按无效处理。</b></p> <p>2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，<b>否则响应文件按无效处理。</b> 供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场方式将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。</p> <p><b>备注：</b></p> <p>1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。</p> <p>2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。</p> <p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。</p> <p>5. 竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。</p> |
| 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本 <u>三</u> 份。   |
| 20.1 | <p>响应文件提交起止时间：<u>2024年11月4日15时00分至15时30分</u>（北京时间）。</p> <p>响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。</p> <p>响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。</p> <p>响应文件提交时须出示的资料：①<b>供应商法定代表人参加时：出示本人有效证件原件</b> [有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>其中一项]、营业执照副本复印件并加盖公章；②供应商由授权委托代理人参加时：出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]、有效的授权委托书原件及营业执照副本复印件并加盖公章。</p> <p>供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。</p>   |
| 24.1 | 谈判小组的人数： <u>3</u> 人。  |
| 25   | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”   |
| 26   | <p>商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p> <p>技术需求评审中允许负偏离的条款数为<u>2</u>项。</p> <p>谈判的顺序：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>提交响应文件的先后顺序。通知谈判时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后谈判），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。</p> <p><input type="checkbox"/>随机排序。</p> <p><b>参与谈判前，供应商法定代表人或者授权委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与谈判的授权委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，应当同时出示有效的授权委托书原件，否则谈判小组将拒绝其参与谈判。</b></p> <p>评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。</p> <p><input type="checkbox"/>由谈判小组推荐代表随机抽取。</p> |
| 28.1 | 履约保证金金额：无   |
| 29.1 | <p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>授权委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及授权委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>  |
| 31.2 | <p>接收质疑函方式：以书面形式。</p> <p>质疑联系部门及联系方式：<u>云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0774-3859935，通讯地址：（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋1单元1008号房）</u></p> <p><u>业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。</u></p>  |
| 32.1 | 1. 采购代理费支付方式：   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准：</p> <p><input type="checkbox"/> 以成交金额为计费额，按本须知正文第 32.1 条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 固定采购代理收费 <u>肆仟元整（¥4000.00）</u>。</p> <p>3. 采购代理费收取银行账户</p> <p>户名：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司</p> <p>账号：8113001014500158361</p> <p>开户行：中信银行南宁东葛支行</p> |
| <p>33.1</p> | <p>解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>   |
| <p>33.2</p> | <p>1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>3. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者授权委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。</p>  |

# 供应商须知正文

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指梧州市中医医院。

2.2 “采购代理机构”是指云之龙咨询集团有限公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

### 3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

### 4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行

承担。

## 5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

## 6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 7. 特别说明

7.1 提供产品最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲

关系；

(5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、谈判文件

### 8. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应文件格式
- (5) 合同文本；
- (6) 评审程序和评定成交的标准；

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出

澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三、响应文件的编制

### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

### 12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

12.2 响应文件电子版：详见“供应商须知前附表”

### 13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

### 14. 竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

### 15. 竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

## 16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

## 17. 竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

## 18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3 响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4 响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以本须知前附表或谈判文件格式规定为准），否则其响应文件按无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其授权委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

## 19. 响应文件的密封和标记

19.1 响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者授权委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2 响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

## 20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3 在未在规定时间内送达或者未按照竞争性谈判采购文件要求密封的响应文件，采购代理机构必须拒收。

## 21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 22. 首次响应文件的退回

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.6 条规定的情形外，在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足 3 家的，应当由供应商法定代表人或者授权委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

## 23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

# 四、评审及谈判

## 24. 谈判小组成立

24.1 竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加

本机构代理的采购项目的评审。

24.2 评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

## 25. 首次响应文件的开启

首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

## 26. 评审程序和评定成交的标准

谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

## 27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，

但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.7 条规定的情形除外。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送采购单位纪检监察部门。

## 28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订采购合同。

29.3 成交供应商拒绝签订采购合同和或者放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

## 30. 采购合同公告

本项目不须要进行合同公告。

## 31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告梧州市中医医院采购管理部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向梧州市中医医院采购管理部门提起投诉（投诉书格式后附）。

## 32. 其他内容

32.1 代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”。

| 费率<br>金额     | 货物类    | 服务类    | 工程类    |
|--------------|--------|--------|--------|
| 100 万元以下     | 1.5%   | 1.5%   | 1.0%   |
| 100~500 万元   | 1.1%   | 0.8%   | 0.7%   |
| 500~1000 万元  | 0.8%   | 0.45%  | 0.55%  |
| 1000~5000 万元 | 0.5%   | 0.25%  | 0.35%  |
| 5000 万元~1 亿元 | 0.25%  | 0.1%   | 0.2%   |
| 1~5 亿元       | 0.05%  | 0.05%  | 0.05%  |
| 5~10 亿元      | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50 亿元     | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50~100 亿元    | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上      | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(150 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 0.55 \text{ 万元}$$

合计收费 = 1.5 + 0.55 = 2.05（万元）

32.2 采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙咨询集团有限公司梧州分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001014500158361

### 33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1：

合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式：                          |  | <input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收 |           |       |
|--------------------------------|--|---|-----------|-------|
| 序号                             | 名称   | 货物型号规格、标准及配置等<br>(或者服务内容、标准)                                | 数量及单<br>位 | 金额    |
|                                |  |   |           |       |
|                                |  |   |           |       |
|                                |  |   |           |       |
| 合 计                            |  |   |           |       |
| 人民币合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |   |           |       |
| 实际供货日期                         |  | 合同交货验收日期  |           |       |
|                                |  |   |           |       |
| 验收具体内容                         | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |   |           |       |
| 验收小组意见                         | 验收结论性意见：   |   |           |       |
|                                | 有异议的意见和说明理由：   |   |           |       |
|                                | 签字：  |   |           |       |
| 验收小组成员签字：                      |  |   |           |       |
| 监督人员或者其他相关人员签字：                |  |   |           |       |
| 或者受邀机构的意见（盖章）：                 |  |   |           |       |
| 成交供应商负责人签字或者盖章：                |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）：   |           |       |
| 联系电话：                          |  | 年 月 日   | 联系电话：     |       |
|                                |  |   |           | 年 月 日 |

## 第三章 采购需求

### 采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实采购政策需满足的要求

(1)本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2)参照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(3)参照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围内属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对于重要技术条款或技术参数如要求在响应文件中提供技术支持资料的，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济

行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目的所属行业均为“工业”。

| 序号 | 标的的名称     | 数量及单位 | 技术要求   |
|----|-----------|-------|--|
| 1  | 内镜清洗消毒工作站 | 1 套   | <p>▲1、整体要求：由不同功能槽及附件组成，用于对内镜进行手动清洗，并可以使用化学消毒剂进行消毒的设备。符合 WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范。供应商所投产品应承诺满足采购人设计要求，根据医院场地提供设计方案（平面图）。须在响应文件中提供承诺函。</p> <p>2、洗消主体和背板：</p> <p>2.1 内镜清洗工作站的清洗槽、台面、干燥台、功能背板均使用高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀。可进行内镜的全浸泡，质地柔软。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。</p> <p>2.2 方槽清洗工作站 1 套。</p> <p>2.3 清洗槽及背板总高度为<math>\geq 1.64\text{m}</math>。</p> <p>3、内镜清洗槽设计规格：</p> <p>双槽规格：（软镜）<math>\geq 1100\text{mm} \times 750\text{mm}</math>。2 个，容积<math>\geq 96\text{L}</math>，双方池。</p> <p>干燥台规格：（软镜）<math>\geq 1800\text{mm} \times 750\text{mm}</math>。1 个。</p> <p>4、清洗消毒槽柜体：</p> <p>柜体框架采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置 PVC 底板铺满。柜门采用彩色钢化玻璃，柜体底部离地高度<math>\geq 100\text{mm}</math>。</p> <p>照明系统：采用 12V35W 低压照明灯。</p> <p>6、浸泡槽盖：</p> <p>采用高透明 PVC 防弹材料吸塑成形。配有不同颜色的双手柄，可清晰看到洗消、浸泡的状况。</p> <p>7、自动电子水源开关：</p> <p>自动控制工作站供水水源的开/关，有效防止无人看管下渗水、漏水现象的发生。</p> <p>8、高压清洗水枪、高压气枪：</p> <p>材质采用 304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。配不少于八个快接式喷嘴（须在响应文件中提供</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>各类喷嘴的产品彩页等证明材料，材料中须包含各类喷嘴的名称及用途等文字说明，否则视为负偏离）。高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，防止漏水现象的发生。</p> <p>9、不锈钢专用水龙头：<br/>主体采用 USU304 不锈钢材质，360 度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱。</p> <p>▲10、空气过滤：机器内置<math>\leq 0.2\mu\text{m}</math> 孔径 PET 材质空气过滤系统，对吹干的空气中细菌、病毒进行有效阻隔，防止二次污染。自带放水阀门，可随时排放过滤器内的水分。快速分离连接器，可更换。</p> <p>11、医用无油空气压缩机：<br/>采用无油活塞式设计，保证压缩气体中无油分子，压力可在 0.2Mpa-0.8Mpa 之间调节，气罐一次性储气量<math>\geq 25\text{L}</math>，主机最大产气量 115L/min。配水汽分离系统。</p> <p>▲12、水质处理器：<br/>采用 ABS 材质<math>\geq 10</math> 英寸双筒过滤器，2 个过滤桶一次注塑成型，中间无管件连接，防止因管件连接造成渗水，过滤器配<math>\geq 10</math> 英寸银离子抗菌滤芯，可有效去除水中的杂质，抑制细菌生长，过滤孔径<math>\leq 5\mu\text{m}</math>。可更换滤芯。（须在响应文件中提供提供双筒过滤器和银离子滤芯说明书及实物图片，否则按响应文件无效处理）</p> <p>▲13、酶液/消毒液管道循环灌流装置：<br/>酶液/消毒液管道循环灌流装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注液与注气。注液时间可控范围<math>\leq 99</math> 分钟，注气时间可控范围<math>\geq 99</math> 秒，灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压 24V，循环水量 1.7L/min，最大压力 0.42MPa，注气压力<math>\leq 0.5\text{Mpa}</math>。</p> <p>14、水汽灌流装置：<br/>主机与控制部分分离设计，平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注水与注气。采用流动水灌流，注水时间<math>\geq 99</math> 分钟，注气时间可<math>\geq 99</math> 秒。电压 24V，注水量 5.0L/min，最大压力 0.42MPa，注气压力<math>\leq 0.5\text{Mpa}</math>。</p> <p>▲15、全管道灌流器：<br/>配合管道灌注装置使用，可以与奥林巴斯、宾得、富士能等多品牌</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>的内镜各管道接口相连接的全管路灌注器，实现快速注液的目的。所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸。</p> <p>16、管路自身消毒系统：<br/>使用消毒槽内有效的消毒剂对未洗的内部管路、灌注管路进行定期消毒。</p> <p>17、手套盒：<br/>非金属喷漆，原材料为塑料制成，拥有抽拉门，可放置大\中\小各种不同的手套盒。</p> <p>18、四位挂件钩：<br/>采用 ABS 一次注塑成型，拥有四个挂钩位，与功能背板同色，可悬挂各类型管道灌流器。</p> <p>19、纯水系统：</p> <p>(1) 进水要求：城市自来水，水压 0.2-0.4mpa, TDS≤300ppm。</p> <p>(2) 系统总产水量：&gt;150L/H（25℃进水水温）。</p> <p>(3) 产水水质：水质满足 WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范，符合 GB5749 的规定，细菌总数≤10cfu/100mL（原水 TDS≤300ppm）。滤膜孔径≤0.2 μm。</p> <p>(4) 反渗透系统设计有循环脉动冲洗功能，根据设定时间自动进入到冲洗程序，防止膜性能衰减。</p> <p>(5) 采用多级全自动预处理系统，根据设置的时间自动进入到再生冲洗状态。</p> <p>(6) 配备≥7 寸高清触摸显示屏，实时显示运行状态信息，支持历史数据查询。</p> <p>(7) 设计两种工作模式，自动功能出现故障时，可以选择手动运行，不影响设备正常运行。</p> <p>(8) 用电要求：AC220V/50HZ，整机运行功率 2.5kw。</p> <p>(9) 反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具有开机自动冲洗与检测功能。</p> <p>(10) PLC 智能人机控制，系统运行状态及重要运行数据可实时在线监视。自动液位保护、水满自动停机、高低压保护、漏水检测、过流过载保护功能。水质在线监测，超标后，显示报警信息，并自动</p> |
|--|--|--|

|              |   | 排放。  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
|--------------|---|--|----|------|----|----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|----|------------|---|---|----|--------|---|---|----|--------|---|---|----|--------|---|---|----|---------|---|---|----|------|---|---|----|------|---|---|----|---------|---|---|----|---------|---|---|----|---------|---|---|----|------|---|---|----|-----|---|---|----|-----|---|---|----|-------|---|---|
|              |   | ▲20、配置清单：  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
|              |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>配置名称</th> <th>数量</th> <th>单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>清洗槽</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>2</td><td>漂洗槽</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>3</td><td>消毒槽</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>4</td><td>末洗槽</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>5</td><td>干燥台</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>6</td><td>排污型水质处理器</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>7</td><td>不锈钢水专用龙头</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr><td>8</td><td>供排水</td><td>4</td><td>点</td></tr> <tr><td>9</td><td>供气系统</td><td>3</td><td>点</td></tr> <tr><td>10</td><td>酶液/消毒液灌注装置</td><td>2</td><td>套</td></tr> <tr><td>11</td><td>水汽灌注装置</td><td>2</td><td>套</td></tr> <tr><td>12</td><td>全管道灌流器</td><td>2</td><td>套</td></tr> <tr><td>13</td><td>医用洁净气源</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>14</td><td>中心气体处理器</td><td>2</td><td>个</td></tr> <tr><td>15</td><td>高压水枪</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>16</td><td>高压气枪</td><td>3</td><td>个</td></tr> <tr><td>17</td><td>空气除菌过滤器</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>18</td><td>医用空气压缩机</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>19</td><td>纯净水质处理器</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>20</td><td>纯水系统</td><td>1</td><td>台</td></tr> <tr><td>21</td><td>手套盒</td><td>3</td><td>个</td></tr> <tr><td>22</td><td>纱布盒</td><td>3</td><td>个</td></tr> <tr><td>23</td><td>四位挂物钩</td><td>1</td><td>个</td></tr> </tbody> </table> | 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 1 | 清洗槽 | 1 | 个 | 2 | 漂洗槽 | 1 | 个 | 3 | 消毒槽 | 1 | 个 | 4 | 末洗槽 | 1 | 个 | 5 | 干燥台 | 1 | 个 | 6 | 排污型水质处理器 | 1 | 个 | 7 | 不锈钢水专用龙头 | 2 | 个 | 8 | 供排水 | 4 | 点 | 9 | 供气系统 | 3 | 点 | 10 | 酶液/消毒液灌注装置 | 2 | 套 | 11 | 水汽灌注装置 | 2 | 套 | 12 | 全管道灌流器 | 2 | 套 | 13 | 医用洁净气源 | 1 | 个 | 14 | 中心气体处理器 | 2 | 个 | 15 | 高压水枪 | 1 | 个 | 16 | 高压气枪 | 3 | 个 | 17 | 空气除菌过滤器 | 1 | 个 | 18 | 医用空气压缩机 | 1 | 个 | 19 | 纯净水质处理器 | 1 | 个 | 20 | 纯水系统 | 1 | 台 | 21 | 手套盒 | 3 | 个 | 22 | 纱布盒 | 3 | 个 | 23 | 四位挂物钩 | 1 | 个 |
| 序号           | 配置名称  | 数量   | 单位 |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 1            | 清洗槽   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 2            | 漂洗槽   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 3            | 消毒槽   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 4            | 末洗槽   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 5            | 干燥台   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 6            | 排污型水质处理器  | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 7            | 不锈钢水专用龙头  | 2  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 8            | 供排水   | 4  | 点  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 9            | 供气系统  | 3  | 点  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 10           | 酶液/消毒液灌注装置  | 2  | 套  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 11           | 水汽灌注装置  | 2  | 套  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 12           | 全管道灌流器  | 2  | 套  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 13           | 医用洁净气源  | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 14           | 中心气体处理器   | 2  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 15           | 高压水枪  | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 16           | 高压气枪  | 3  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 17           | 空气除菌过滤器   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 18           | 医用空气压缩机   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 19           | 纯净水质处理器   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 20           | 纯水系统  | 1  | 台  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 21           | 手套盒   | 3  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 22           | 纱布盒   | 3  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 23           | 四位挂物钩   | 1  | 个  |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 采购预算：14.3 万元 |   |  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| ▲一、商务要求      |   |  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 合同履行期限和地点    | 1. 合同履行期限：自签订合同之日起 15 天内完成安装、调试、培训等全部工作，并交付使用。<br>2. 地点：梧州市采购人指定地点。 |  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |
| 合同签订时间       | 自成交通知书发出之日起 15 个日历日内。   |  |    |      |    |    |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |    |            |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |        |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |      |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |         |   |   |    |      |   |   |    |     |   |   |    |     |   |   |    |       |   |   |

|      |   |
|------|---|
| 付款条件 | <p>无预付款。成交供应商完成货物送达并经验收合格且交付使用后，采购人向成交供应商支付合同总额 50% 的款项，余款在验收合格之日起 3 年内付清。付款前，成交供应商须向采购人递交请款函并开具足额的符合税法规定的增值税普通发票（含税），采购人在收到请款函和发票后 30 日内将款项支付到成交供应商指定银行账户。</p>   |
| 售后服务 | <p>1. 质保期：至少 3 年, 从验收合格之日起计算，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，出现故障，须派出有相应资格的技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。</p> <p>2. 成交人所提供的货物必须是全新、未使用的且是在近 2 年内生产的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。</p> <p>3. 设备所用软件需提供终身升级。</p> <p>4. 包装和运输</p> <p>（1）供应商在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中文使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。</p> <p>（2）货物的运输方式：由供应商自行安排。</p> <p>（3）成交人负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。</p> <p>5. 设备如有需要，成交供应商需负责完成与医院相关设施设备及系统的对接服务。</p> <p>6. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：</p> <p>（1）按厂家承诺进行；</p> <p>（2）负责送货上门，负责安装调试合格，负责培训。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；</p> <p>（3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务（质保期内供应商须负责提供），提供终身维护和保养服务。</p> <p>（4）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(5) 提供设备维护手册、维修手册、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、等维护维修必需的材料和信息（如有）。（交货时提供）</p> <p>(6) 负责完成设备的计量检测并出具合格报告，其他国家相关规定要求的检验检查，负责配合采购人完成设备使用和维护培训等工作。</p> |
| <b>二、与实现项目目标相关的其他要求</b>  |  |
| <b>（一）验收标准（质量要求）</b>   |  |
| 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。  |  |
| <b>（二）履约验收其他事项</b>   |  |
| <p>1、采购人有权自行或委托第三方进行验收。成交供应商在货物到货、安装、调试、培训完成后，交付验收时，由采购人或委托第三方对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>2、验收时间：采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。</p> <p>3、验收地点：广西梧州市采购人指定交货地点。</p> <p>4、验收方式：</p> <p>1) 成交供应商完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。</p> <p>2) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；</p> <p>3) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和成交供应商共同签署。</p> <p>4) 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。</p> <p>5) 验收书一式肆份，双方各执两份。</p> <p>6) 验收结论不合格的，成交供应商应自收到验收书后5日内及时予以解决。经成交供应商对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：</p> <p>(1) 更换：由成交供应商承担所发生的全部费用；</p> <p>(2) 退货处理：成交供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。</p> |  |
| <b>（三）进口产品说明</b>   |  |
| 进口产品说明   | <p>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，<b>如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。</b></p>   |

## 第四章 评审程序和评定成交的标准

### 一、评审程序

#### 1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

#### 2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

(1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

(4) 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

#### 3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，若授权委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- (1) 商务技术评审
  - 1) 提供响应文件正、副本数量不足；
  - 2) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
  - 3) 授权委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
  - 4) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
  - 5) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料规定的规定或者提供的商务技术文件无效；
  - 6) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
  - 7) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
  - 8) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
  - 9) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组

认定无效的：

10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的；

12) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

13) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14) 谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

15) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16) 未响应谈判文件实质性要求的；

17) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

#### (2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

## 4. 谈判程序

4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定

时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，若授权委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7 除本章第 3.7 条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

## 5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，除本章第 3.7 条外，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。

5.6 最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的；

(2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## 6. 最后报价采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2 政策性扣除计算方法。

参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。

6.3 参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4 参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 除上述情况外，评审价=最后报价。

## 二、评定成交的标准

### 7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告。

## 第五章 响应文件格式

(响应文件外层包装封面格式)

# 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

响应文件提交截止时间前不得启封

年 月 日

(响应文件封面格式)

正本/副本

**响 应 文 件** (封面)

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 一、资格证明文件格式

### 1. 资格证明文件封面格式：

正本/副本

# 资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 供应商直接控股、管理关系信息表

### 供应商直接控股股东信息表

| 序号    | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1     |          |      |                 |    |
| 2     |          |      |                 |    |
| 3     |          |      |                 |    |
| ..... |          |      |                 |    |

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者授权委托代理人签字：\_\_\_\_\_

供应商（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 供应商直接管理关系信息表

| 序号    | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1     |            |          |    |
| 2     |            |          |    |
| 3     |            |          |    |
| ..... |            |          |    |

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者授权委托代理人签字：\_\_\_\_\_

供应商（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 供应商关系关联承诺书

致：梧州市中医医院

在参与本次项目竞标活动中，我单位承诺：

一、不存在与我单位有“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形”的其他单位参与本次项目投标。

二、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写；如不存在上述关联关系，则填“无”。）

| 序号    | 单位名称 | 相互关系 |
|-------|------|------|
| 1     |      |      |
| 2     |      |      |
| 3     |      |      |
| ..... |      |      |

上述承诺承诺真实有效，否则我方负全部责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：

供应商（公章）：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，参照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_ 邮政编号：\_\_\_\_  
电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_  
开户银行：\_\_\_\_\_ 账号/行号：\_\_\_\_\_

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、报价文件格式

### 1. 报价商务技术文件封面格式

正本/副本

# 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 报价文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

# 竞 标 报 价 表

项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_分标（如有）：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位：元

| 项<br>号                  | 标的的<br>名称 | 数量及<br>单位<br>① | 品牌 | 规格<br>型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性<br>能、指标<br>及配置 | 单价<br>② | 竞标报价<br>③=①×② |
|-------------------------|-----------|----------------|----|----------|-----|-----|--------------------|---------|---------------|
| 1                       |           |                |    |          |     |     |                    |         |               |
| 2                       |           |                |    |          |     |     |                    |         |               |
| ...                     | .....     |                |    |          |     |     |                    |         |               |
| 合计金额大写：人民币_____（¥_____） |           |                |    |          |     |     |                    |         |               |

注：

1. 以上性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者授权委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

### 三、商务技术文件格式

#### 1. 商务技术文件封面格式

## 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

## 2. 商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

# 无串通竞标行为的承诺函

## 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

## 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年 月 日

# 法定代表人证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 自然人竞标的无需提供。



## 商务要求偏离表格式

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

所竞分标：\_\_\_\_\_

| 项目        | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
|-----------|----------|--------|------|
| 合同履行期限和地点 |          |        |      |
| 合同签订时间    |          |        |      |
| 付款条件      |          |        |      |
| 售后服务      |          |        |      |
| .....     |          |        |      |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 货物配置清单

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

所竞分标：\_\_\_\_\_

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|----|------|-------|----|------|-----|-----|------------|
|    |      |       |    |      |     |     |            |
|    |      |       |    |      |     |     |            |
|    |      |       |    |      |     |     |            |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

## 技术需求偏离表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

分标号：\_\_\_\_\_

| 序号  | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
|-----|----|--------|------|------|
| 1   |    |        |      |      |
| ... |    |        |      |      |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
5. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，采购需求中以范围值表述的技术要求，供应商须按照自身产品的实际技术参数作出响应，否则将按无效响应处理。

法定代表人或者授权委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

其他文书、文件格式

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 质疑函（格式）

## 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

## 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

采购过程

成交结果

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

## 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若授权委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉书（格式）

## 一、投诉相关主体基本情况：

供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

## 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

## 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

#### 说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若授权委托书代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

## 第六章 合同文本

合同编号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_

合同类型：买卖合同

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

| 序号   | 标的名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) |
|--|------|------|------|------|----|----|-----------|-----------|
| 1  |      |      |      |      |    |    |           |           |
| 2  |      |      |      |      |    |    |           |           |
| 3  |      |      |      |      |    |    |           |           |
| .....  |      |      |      |      |    |    |           |           |
| 合计金额（人民币）： <u>（大写）</u> _____ <u>（小写：_____）</u> |      |      |      |      |    |    |           |           |

### 第二条 标的质量及权利保证

1. 乙方保证所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等相关内容必须与甲方招标文件、乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方保证所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

3. 乙方保证所提供的货物（包括但不限于配套软硬件设备及其伴随服务等；下同）必须是没有任何抵押、质押、查封或其他权利瑕疵，甲方正常使用不会侵犯任何第三方合法权益。

### 第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起      天内完成安装、调试、培训等全部工作，并交付使用。

2. 履行地点：广西梧州市甲方指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：不限。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点，并负责卸货。

甲方自行到乙方指定地点提货。

(3) 其他：甲方不接受任何耗损。

#### 第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

#### 第五条 安装和培训

1. 安装时间：自签订合同之日起\_\_\_\_天内完成安装；安装地点：广西梧州市甲方指定地点。

2. 安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求安排培训时间；培训地点：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求。

#### 第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：\_\_\_\_\_。

3. 合同价款包括但不限于软件、运维、劳务、制作、保险、税费、人员工资，交通、食宿、加班、验收、培训、安装调试、产品检测费、质保期内维护服务费、与医院各信息系统对接费等费用。

4. 付款进度安排：

无预付款。乙方完成货物送达并经验收合格且交付使用后，甲方向乙方支付合同总额 50%

的款项，余款在验收合格之日起3年内付清。付款前，乙方须向甲方递交请款函并开具足额的符合税法规定的增值税普通发票（含税），甲方在收到请款函和发票后30日内将款项支付到乙方指定银行账户。

5. 资金支付方式：银行转账。

### **第七条 履约验收方案、交付标准和方法**

1、出厂检验：乙方交货前应对产品作出全面检查和对包含但不限于货物的中文装箱清单(如有)、用户手册、原厂保修卡、合格证等验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、到货检验：送货时乙方必须提前【3】天通知甲方货物的到货时间，以便甲方准备接收货物的相应工作。乙方将货物运达约定的交货地点后，若无正当理由，甲方及乙方双方应在收到乙方验收申请后5个工作日内对乙方提交的货物依据谈判文件要求、响应文件响应和国家标准或行业标准进行现场初步验收（不作为最终验收合格的依据）。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。若竞标产品为进口货物的，验收时须提供合法进口手续有效证明，否则不给予验收。

3、安装调试检验：甲方对乙方提供的货物在使用前进行安装调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构及专家参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由乙方承担。

4、验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5、验收书一式五份，甲乙双方各执两份、受托第三方机构一份（如有）。

6、验收结论不合格的，乙方应自收到验收不合格通知书之日起3日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

7、验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

### **8、交付标准和方法**

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收合格通知书后3日内向甲方交付使用，甲方正式接受之日起视为乙方完成交付。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

### **第八条 质保期及售后服务**

1、质保期：\_\_\_\_年（国家法律法规、规章、规范性文件或相关技术标准、规范有更长质保

期规定的，从其规定），从验收合格之日起计算，因人为故意或重大过失出现的故障不在免费保修范围内。质保期内，出现故障，须派出有相应资格的技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。但若质保期届满后存在未解决的技术问题、未完成任务，乙方应当按照合同约定继续履行至问题解决、任务完成为止。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；因货物存在质量或安全问题，导致人员伤亡或财产损失的，全部责任由乙方承担。

3、设备如有需要，保障特殊断电情况下设备的临时电源供应，费用包含在报价中。设备所用软件需提供终身免费升级。

4、设备如有需要，己方需负责提供与医院相关设施设备及系统的对接服务。

5、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务，具体如下：(1)按厂家承诺进行；(2)负责送货上门，负责安装调试合格，负责培训。按项目的实际需求须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用；(3)接故障通知2小时内响应，4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内须负责提供），提供终身维护和保养服务。(4)提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。(5)提供设备维护手册、维修手册、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、等维护维修必需的材料和信息。（交货时提供）(6)负责完成设备的计量检测并出具合格报告，其他国家相关规定要求的检验检查，负责配合医院完成设备使用和维护培训等工作。

6、乙方提供的服务承诺和售后服务具体约定事项。（见合同附件）

## 第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：无。

## 第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施，并赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每日迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每日迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 迟延八周仍未能交付（涉疫情、救灾、应急等急需物的，乙方迟延  日不能交付）的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权单方通知乙方即使解除合同，要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30%的违约金。如甲方不行使单方解除权的，迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 如乙方提供的货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等相关内容与甲方招标文件、乙方投标（响应）文件及有关承诺不一致，或不能满足甲方项目实施要求的，乙方应按照甲方要求限期调换。乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权单方通知乙方即使解除合同，要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30%的违约金。因调换逾期交付的，按照本条第 2 款处理。

4. 如乙方提供的货物存在质量问题、权利瑕疵等情形，应按照甲方要求限期调换，乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权单方通知乙方即使解除合同，要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30%的违约金。如因前述原因导致甲方、甲方工作人员或任何第三方人员伤亡和财产损失（包括但不限于货物本身毁损、因货物知识产权侵权赔偿责任等）的，全部法律责任及全部损失由乙方承担。因调换逾期交付的，按照本条第 2 款处理。

5. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，甲方有权选聘有相应资质的第三方提供，全部费用由乙方承担，且视乙方违约情节，要求按本合同价款（报酬）的 30%向甲方支付违约金。

6. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

7. 因某一方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

8. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

### **第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。超出甲方责权的其他因素也列入本次采购不可抗力事件范围。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续达 60 日的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向\_\_\_/\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### **第十三条 合同的变更、中止或者终止**

1. 参照除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### **第十四条 合同文件构成**

1. 采购合同
2. 中标（成交）通知书；
3. 投标（响应）文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

### **第十五条 知识产权和保密要求**

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权，但甲方有权免费使用。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。



|       |       |
|-------|-------|
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号：   | 账号：   |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 供应商廉洁自律承诺书

梧州市中医医院：

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的产生，确保招标工作的公开、公平、公正，特向贵单位郑重承诺，在参与 \_\_\_\_\_ 的招投标过程中严格遵守下列廉洁自律承诺：

一、严格国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

二、不得以任何理由、任何形式向招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人提供红包、宴请、馈赠礼金、购物卡、会员卡、电子礼卡、有价证券、贵重物品及好处费、感谢费等。

三、不得以任何名义为招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。

四、不为招标人的业务部门、关联企业或人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或为装修住房、配偶子女的工作安排以及出国（境）等提供方便。

五、不以贿赂之外的其他方式拉拢招标方相关工作人员，使其违背公开、公平、公正原则，帮助实现中标目的。

六、不在非公务场合洽谈业务，不一对一洽谈业务，不承诺事后给予招标人相关工作人员利益。

七、中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

八、中标后，根据招标人招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

九、自觉向招标人签订投标人（中标人）廉洁自律承诺书。

如果承诺人违背上述承诺并中标，承诺人自愿承担宣告中标无效、与招标人签订的合同无效、招标人有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿招标人因此产生的一切损失的民事责任及因此产生的刑事责任。

本承诺书作为是招标人与投标方（中标方）签署采购合同的附件，与合同协议一并签署。

承诺单位名称： \_\_\_\_\_ （公章）

法定代表人签字（签章）或授权代理人签字：

2024年 月 日

（授权代理人签字需提供委托授权书）