

采购需求

说明:

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品均为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价。
3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目采购内容均不涉及政府强制采购节能产品。

一、采购需求			
采购内容	项目要求及技术需求	数量	单位
血气分析仪	<p>一、技术参数及功能要求</p> <p>1. 基本性能和要求：要求应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，要求精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。</p> <p>▲2. 可直接测定的参数应包括以下 9 项：PH、PCO₂、PO₂、Hct、Na⁺、K⁺、Ca⁺⁺、葡萄糖 Glu、乳酸 Lac；各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。</p> <p>3. 计算参数包括以下 18 项：Ca⁺⁺(7.4)、HCO₃⁻、HCO₃⁻std、TCO₂、BE (ecf)、BE(B)、SaO₂、THbc、A-aDO₂、pAO₂、paO₂ /pAO₂、RI、CaO₂、CvO₂、CcO₂、a-vDO₂、Qsp/Qt、P50；且能根据体温计算：PH、PCO₂、PO₂。</p> <p>4. 测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO₂：5 ~ 115 mmHg、PO₂：0 ~ 760 mmHg、Na⁺：100 ~ 200 mmol/L、K⁺：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca⁺⁺：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65%。</p> <p>▲5. 使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极要求免保养，无需单独更换电极。</p> <p>▲6. 测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供 75、150、300、450、600 等多种测试量的分析包。</p> <p>7. 消耗品（包括试剂包、质控液等）均可常温储存，无需冷藏。</p> <p>8. 测试时间：吸入样本后≤100 秒出结果。</p> <p>9. 标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。</p> <p>10 进样方式：自动吸样，要求避免手工注入样本失误而引起的浪费。</p>	1	台

	<p>11. 定标：全自动 2 点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。</p> <p>▲12. 具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、采用连续质量控制，可自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。</p> <p>13. 自带数据存储功能，可存储 3000 例以上的病人数据和质控数据，并带有标准 CD 刻录机，无限量地增加数据存储量。</p> <p>14. 具有剩余人份数和分析包效期提示功能。</p> <p>15. 内置远程联网软件，直接通过 IE 浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2 点定标等。</p> <p>▲16. 全中文操作菜单，彩色触摸显示屏≥10.4 英寸，内置教学视频。</p> <p>17. 设备中要求内置打印机，并可外接其它打印机。</p> <p>18 具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232 接口，条形码阅读器接口，可连接 HIS/LIS 系统。</p> <p>▲二、配置清单要求</p> <p>1. 危重症血气分析仪主机 1 台： (1) 可检测 pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Hct, 葡萄糖, 乳酸)； (2) 内置热敏打印机； (3) 内置 GEMweb™远程联网管理系统)。</p> <p>2. 热敏打印纸 (5 卷/盒) 1 盒。</p> <p>3. 随机培训光盘 1 张。</p> <p>4. 条形扫描器 1 台。</p> <p>5. 高性能储存数据空白 CD(5 张/盒)1 盒。</p> <p>6. 110V 电源线 1 根。</p> <p>7. 220V 电源线 1 根。</p> <p>8. 使用指南光盘 1 张。</p> <p>9. 台车 1 套。</p>		
<p>▲二、本项目采购预算 (人民币)：贰拾万零伍仟元整 (¥205000.00)，投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。</p>			
<p>三、商务要求表</p>			
<p>售后服务要求</p>	<p>▲1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年。</p> <p>▲2. 售后服务要求 (以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付)： ①采购范围内的货物送货上门、装卸、安装调试合格； ②提供技术培训，直至采购人技术人员可熟练操作使用； ③如在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后电话咨询不能解决的，中标供应商或产品制造商应在 6 小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障应 12 小时内排除并修复，重大故障应 48 小时内排除并修复。</p> <p>3. 投标人于投标文件中提供针对本项目的增值服务方案 (包括但不限于：①故障响应方案；②维修维护方案；③免费保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其它实质性优惠措施)。</p>		
<p>▲交付使用期</p>	<p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 90 个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。</p>		

及地点	2. 交付使用地点：广西桂林市采购人指定地点。
▲付款条件	交付使用验收合格后 15 个工作日内，支付合同价款的 30%；机械运转正常 3 个月后 15 个工作日内，支付合同价款的 60%；合同金额的 10%于免费保修期满（1 年）一次性支付（无息）。
▲其他要求	<p>1. 投标人于投标文件中必须提供所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则，投标无效。</p> <p>2. 本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理）。同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。</p>
注：本项目“采购需求”中标注“▲”的要求系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。	